

OFICIO CIRCULAR

31 de agosto de 2016

Oficio Núm. 09-A3-61-61-1-2070/ **2552**

CC.  
TITULAR DE:  
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS  
UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA,  
UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD Y  
UNIDAD DEL PROGRAMA IMSS PROSPERA,

TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE:  
ATENCIÓN INTEGRAL EN SEGUNDO NIVEL,  
ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD EN EL PRIMER NIVEL,  
UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD (UMAE),  
ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD DEL PROGRAMA IMSS PROSPERA,  
ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y  
CONTROL DE ABASTO,

TITULARES DE LAS JEFATURAS DELEGACIONALES DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS,  
TITULARES DE LAS DIRECCIONES DE UMAE,  
TITULARES DE LAS JEFATURAS DELEGACIONALES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS,  
TITULARES DE LAS COORDINACIONES DELEGACIONALES DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO Y  
TITULARES DE LAS JEFATURAS DE ABASTECIMIENTO DE UMAE

*Presentes*

Comunico a ustedes que esta Coordinación de Control Técnico de Insumos analizó el producto que a continuación se indica del proveedor Representaciones MD, S.A. de C.V., fabricado por Solomed, S.A. de C.V. por motivo de queja cuyo resultado de análisis comprobó que **no cumplió con la prueba de esterilidad**, por lo que considerando el uso al que está destinado el producto se hace de su conocimiento para los efectos que procedan.

ANTISÉPTICOS. SOLUCIÓN CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% P/V EN ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 70% CON TINTA NARANJA O ROSA CONTIENE: 3 ML. ESTÉRIL Y DESECHABLE. ENVASE., clave: 060.066.1052.02.01.

Denominación distintiva y(o) Marca:	GLUCODERM	Lote:	17216040261
Registro Sanitario:	2114C2015 SSA	Fecha de fabricación:	Abril 2016*
Catálogo o Modelo:	No indica	Fecha de caducidad:	ABRIL/20
País de origen:	México		
Fabricante:	Solomed, S.A. de C.V.		
Proveedor:	Representaciones MD, S.A. de C.V.		

\* Dato tomado del Certificado de análisis del producto.




OFICIO CIRCULAR

Oficio Núm. 09-A3-61-61-1-2070/ **2552**

Una vez concluida la prueba de esterilidad se obtuvieron los siguientes **resultados NO satisfactorios** conforme al Método General de Análisis, MGA 0381. ESTERILIDAD. Página(s): 120, contenido en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos-Suplemento para Dispositivos Médicos, 2014. Tercera edición:

PRUEBA/REFERENCIA NORMATIVA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO (Método de Referencia)
Esterilidad/ETIQ Aplicador Método directo	Estéril	No estéril  (MGA 0381)

Atentamente

  
Dr. Rodolfo A. de Mucha Macías  
Coordinador

c. c. p:  
- Dra. Ana Carolina Sepúlveda Vildosola.- Titular de la Unidad de Educación, Investigación y Políticas de Salud.

    
ME AUF RIGS

Folio: 2016-001789