

MÉXICO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y POLÍTICAS DE SALUD
COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS



08 de diciembre de 2016

Oficio Núm. 09-A3-61-61-1-2070/ 3787

Lic. María del Pilar Buerba Gómez

Titular de la Coordinación de Control de Abasto
Presente

Con fecha 25 de noviembre del año en curso, la empresa Degasa, S.A. de C.V., presentó en esta Coordinación lo siguiente:

- Escrito dirigido a la Coordinación de Control Técnico de Insumos, en papel membretado con la razón social del licitante, en el que solicita el análisis del producto que a continuación se señala, haciendo referencia a la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio Número LA-019GYR047-E63-2016 Electrónica.
- La cantidad de muestra indicada en el listado del Anexo 4.1 "CLAVES CON MUESTRAS PARA MATERIAL DE CURACIÓN, RADIOLÓGICO Y DE LABORATORIO": 500 piezas (250 pares).
- Certificado de análisis del lote de las muestras entregadas.
- Copia legible del Registro Sanitario vigente expedido por la COFEPRIS, prórroga o acuse de solicitud de prórroga del mismo.

GUANTES PARA CIRUGIA. DE LÁTEX NATURAL, ESTÉRILES Y DESECHABLES. TALLA: 8.
Clave: 060.456.0359.02.01

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Denominación distintiva: PROTEC
y/o) Marca:
Registro Sanitario: 1374C86 SSA
Catálogo o Modelo: No indica
País de origen: México
Fabricante: Degasa, S.A. de C.V.
Proveedor: Degasa, S.A. de C.V.

Lote: 1A416011

Fecha de fabricación: 30/07/16

Fecha de caducidad: 07/21

ANÁLISIS

Las pruebas específicas establecidas se llevaron a cabo considerando:

➤ FEUM-S-2015

FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SUPLEMENTO, 2015 GUANTES PARA CIRUGIA DE HULE LÁTEX
NATURAL. Página(s): 390.

Oficio Núm. 09-A3-61-61-1-2070/ **3787**

A continuación se transcriben los resultados de las pruebas específicas obtenidas en el análisis número 2016-003187 practicado por el Área de Análisis de Materiales No Metálicos de esta Coordinación:

PRUEBA/REFERENCIA NORMATIVA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO
Acabado/FEUM - S - 2015	Inspeccionar a simple vista, la superficie debe estar libre de defectos críticos y mayores indicados en Clasificación de defectos.	Cumple - 8
Prueba de integridad/FEUM - S - 2015	Los guantes no presentan fugas por orificios o roturas a una distancia mayor a los 25 mm con respecto al extremo abierto. La muestra cumple con las especificaciones de la prueba si la cantidad de unidades defectuosas está dentro del NCA 1.5	130
Propiedades físicas sin envejecimiento/FEUM - S - 2015	Resistencia a la tensión Método II, MPa	25,8 (2') 13
Propiedades físicas sin envejecimiento/FEUM - S - 2015	Alargamiento a la ruptura Método II, %	940 41,2 13

x = Promedio

s = Desviación estándar

n = Número de determinaciones por prueba

(1') De 130 piezas sometidas a la prueba, en once de ellas se encontraron orificios en diferentes zonas de los mismos. Cabe aclarar que no se probaron en su totalidad los especímenes correspondientes indicados en el método, ya que al probar solo las piezas indicadas se encontraron las piezas necesarias para su rechazo.

(2') De 13 valores obtenidos, tres (23,8 23,5 22,9) se encuentran por debajo de la especificación.

Oficio Núm. 09-A3-61-61-1-2070/ **3787**

DICTAMEN TÉCNICO

El resultado del estudio demuestra que el producto **no cumple** con las especificaciones de la FEUM; del informe de resultados de análisis, las pruebas que no cumplen son: Prueba de integridad (De 130 piezas sometidas a la prueba, en once de ellas se encontraron *oficios* en diferentes zonas de los mismos).

Atentamente

Dr. Rodolfo A. de Mucha Macías
Coordinador

c. c. p:

- Lic. Jesús Humberto Vázquez Sahagún.- Titular de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.
- Ing. Fermín Benítez Girón.- Titular de la División de Bienes Terapéuticos.
- Lic. Alma Rosa Medrano Díaz.- Titular de la Subjefatura de la División de Bienes Terapéuticos.
- Lic. Aletta Rosa Morales Zeballos.- Subjefa de la División de Planeación y Control de Abasto.

MIMA

CEG

Folio: 2016-003187

Mario A. Medina
Ing. Mario Alberto Medina Olguín
Encargado de la División de Material de
Curación e Instrumental

08 de diciembre de 2016

Oficio Núm. 09-A3-61-61-1-2070/ **3788**

Lic. María del Pilar Buerba Gómez

Titular de la Coordinación de Control de Abasto
Presente

Con fecha 25 de noviembre del año en curso, la empresa Degasa, S.A. de C.V., presentó en esta Coordinación lo siguiente:

- Escrito dirigido a la Coordinación de Control Técnico de Insumos, en papel membretado con la razón social del licitante, en el que solicita el análisis del producto que a continuación se señala, haciendo referencia a la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio Número LA-019GYR047-E63-2016 Electrónica.
- La cantidad de muestra indicada en el listado del Anexo 4: "CLAVES CON MUESTRAS PARA MATERIAL DE CURACIÓN, RADIOLOGICO Y DE LABORATORIO", 500 piezas (250 pares).
- Certificado de análisis del lote de las muestras entregadas.
- Copia legible del Registro Sanitario vigente expedido por la COFEPRIS, prórroga o acuse de solicitud de prórroga del mismo.

GUANTES PARA CIRUGÍA, DE LÁTEX NATURAL, ESTÉRILES Y DESECHABLES, TALLA: 7 1/2.
Clave: 060.456-0334.02.01

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Denominación distintiva	PROTECTOR	Lote	1A386010
y/o Marca		Fecha de fabricación	20 Ago/16
Registro Sanitario	1374C86 SSA	Fecha de caducidad	08/21
Catálogo o Modelo	No indica		
País de origen	México		
Fabricante	Degasa, S.A. de C.V.		
Proveedor	Degasa, S.A. de C.V.		

ANÁLISIS

Las pruebas específicas establecidas se llevaron a cabo considerando:

> **FEUM-S-2015**

FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SUPLEMENTO 2015 GUANTES PARA CIRUGÍA DE HULE LÁTEX
NATURAL Página(s): 390.



Oficio Núm. 09-A3-61-61-1-2070/ **3788**

A continuación se transcriben los resultados de las pruebas específicas obtenidos en el análisis número 2016-003186 practicado por el Área de Análisis de Materiales Metálicos de esta Coordinación:

PRUEBA/REFERENCIA NORMATIVA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO
Acabado/FEUM - S - 2015	Inspeccionar a simple vista, la superficie debe estar libre de defectos críticos y mayores indicados en Clasificación de defectos.	-
Prueba de integridad/FEUM - S - 2015	Los guantes no presentan fugas por orificios o roturas a una distancia mayor a los 25 mm con respecto al extremo abierto. La muestra cumple con las especificaciones de la prueba si la cantidad de unidades defectuosas está dentro del NCA 1.5.	90
Propiedades físicas sin envejecimiento/FEUM - S - 2015	Resistencia a la tensión Método II, MPa	28.0 2.50 13
Propiedades físicas sin envejecimiento/FEUM - S - 2015	Alargamiento a la ruptura Método II, %	895 32.5 13

x = Promedio
s = Desviación estándar
n = Número de determinaciones por prueba.

(1') De 13 piezas analizadas, dos piezas presentan un orificio; una pieza lo presenta en medio del dedo meñique y la otra pieza lo presenta en el dorso de la mano.

(2') De acuerdo al tamaño del lote, las piezas a inspeccionar son 200; sin embargo con una inspección de 90 piezas se encontraron 8 guantes que presentan fuga por orificios a una distancia mayor a los 25 mm con respecto al extremo abierto (fuera del NCA 1.5).

MÉXICO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y POLÍTICAS DE SALUD
COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS

Oficio Núm. 09-A3-61-61-1-2070/ **3788**

DICTAMEN TÉCNICO

El resultado del estudio demuestra que el producto **no cumple** con las especificaciones de la FEUM, del informe de resultados de análisis, las pruebas que no cumplen son: **Acabado (De 13 piezas analizadas, dos piezas presentan un orificio) Prueba de integridad (con una inspección de 90 piezas se encontraron 8 guantes que presentan fuga por orificios a una distancia mayor a los 25 mm con respecto al extremo abierto).**

Atentamente

Dr. Rodolfo A. de Mucha Macías
Coordinador

c. c. p:

- Lic. Jesús Humberto Vázquez Sahagún.- Titular de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.
- Ing. Fermín Benítez Girón.- Titular de la División de Bienes Terapéuticos.
- Lic. Alma Rosa Medrano Díaz.- Titular de la Subsecretaría de la División de Bienes Terapéuticos.
- Lic. Aleida Rosa Morales Zeballos.- Subjefa de la División de Planeación y Control de Abasto.

MIMA

CEG

Folio: 2016-003186

Mario A. Medina
Ing. Mario Alberto Medina Olguín
Encargado de la División de Material de
Curación e Instrumental

MÉXICO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y POLÍTICAS DE SALUD
COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS



08 de diciembre de 2016

Oficio Núm. 09-A3-61-61-1-2070/ **3792**

Lic. María del Pilar Buerba Gómez

Titular de la Coordinación de Control de Abasto
Presente

Con fecha 25 de noviembre del año en curso, la empresa Rega Especialidades Internacionales, S.A. de C.V., presentó en esta Coordinación lo siguiente:

- Escrito dirigido a la Coordinación de Control Técnico de Insumos, en papel membretado con la razón social del licitante, en el que solicita el análisis del producto que a continuación se señala, haciendo referencia a la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio Número LA-019GYR047-E63-2016 Electrónica.
- La cantidad de muestra indicada en el listado del Anexo 4.1 "CLAVES CON MUESTRAS PARA MATERIAL DE CURACIÓN, RADIOLÓGICO Y DE LABORATORIO", 40 piezas.
- Certificado de análisis del lote de las muestras entregadas.
- Copia legible del Registro Sanitario vigente expedido por la COFEPRIS, prórroga o acuse de solicitud de prórroga del mismo.

SONDAS PARA DRENAJE URINARIO DE LATEX CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 3 ML CON VALVULA PARA JERINGA. ESTERIL Y DESECHABLE. TIPO FOLEY DE DOS VIAS. CALIBRE. 8 FR.

Clave: 060.168.3311.11'01

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Denominación distintiva
y/o) Marca: ADEX

Registro Sanitario: 74382 SSA

Catálogo o Modelo: No Indica

País de origen: México

Fabricante: Productos Adex, S.A. de C.V.

Proveedor: Rega Especialidades Internacionales, S.A. de C.V.

Lote: 291615

Fecha de fabricación: 20160718

Fecha de caducidad: 20210718

ANÁLISIS

Las pruebas específicas establecidas se llevaron a cabo considerando:

FARMACOEPA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS, 2014, TERCERA
EDICIÓN, SONDA PARA DRENAJE URINARIO MODELO FOLEY.

➤ FEUM-SDM-2014 -3ed

Página(s): 686



Oficio Núm. 09-A3-61-61-1-2070/ 3792

A continuación se transcriben los resultados de las pruebas específicas obtenidos en el análisis número 2016-003178 practicado por el Área de Análisis de Materiales Metálicos de esta Coordinación:

PRUEBA/REFERENCIA NORMATIVA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO			
		x	s		n
Clasificación de defectos/FEUM-SDM - 2014					
3ed	(1)	Cumple	-		8
Acabado/FEUM-SDM - 2014					
3ed	(2)	Cumple	-		8
Dimensiones/FEUM-SDM - 2014 -3ed					
Díámetro externo, mm	2,7 ± 0,33	3,40 (3)	0,082		7
Determinación del flujo de drenado/FEUM-SDM - 2014					
3ed, mL/min	15 mínimo	17	1,5		7

x = Promedio
s = Desviación estándar
n = Número de determinaciones por prueba

(1) Se consideran defectos críticos los siguientes:

- Piezas rotas o desensambladas.
 - Material extraño en el interior del producto.
 - Envase primario mal sellado, roto o abierto.
 - Ausencia en el envase primario del dato calibre en French o diámetro inferior de la sonda.
- Se consideran defectos mayores los siguientes:
- Material extraño dentro del envase primario.

(2) La superficie está libre de irregularidades e imperfecciones en el exterior e interior que puedan afectar su apariencia o funcionamiento, tales como deformaciones, desmoronamiento, escurrimientos, fisuras, granulaciones, manchas, material infusible, materias extrañas, partes chicolosas, delgadas o reblandecidas, rebabas, así mismo no presentan roturas.

(3) Los siete valores están por arriba de la especificación (3,43 3,48 3,43 3,34 3,24 3,34 3,43).

MÉXICO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y POLÍTICAS DE SALUD
COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS

Oficio Núm. 09-A3-61-61-1-2070/ **3792**

DICTAMEN TÉCNICO

El resultado del estudio demuestra que el producto **no cumple** con las especificaciones de la FEUM; del informe de resultados de análisis, las pruebas que no cumplen son: *Dimensiones/Diámetro externo (Especificación: $2,7 \pm 0,33$ mm; Resultado: 3,40 mm).*

Atentamente

Dr. Rodolfo A. de Mucha Macías
Coordinador

c. c. p:

- Lic. Jesús Humberto Vázquez Sahagún.- Titular de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.
- Ing. Fermín Benítez Girón.- Titular de la División de Bienes Terapéuticos.
- Lic. Alma Rosa Medrano Díaz.- Titular de la Subdirección de la División de Bienes Terapéuticos.
- Lic. Aleida Rosa Morales Zeballos.- Subjefe de la División de Planeación y Control de Abasto.

MIMA

KAYE

Folio: 2016-003178

Mario A. Medina
Ing. Mario Alberto Medina Olguín
Encargado de la División de Material de
Curación e Instrumental



08 de diciembre de 2016

Oficio Núm. 09-A3-61-1-2070/ **3793**

Lic. Maria del Pilar Buerba Gómez

Titular de la Coordinación de Control de Abasto
Presente

Con fecha 24 de noviembre del año en curso, la empresa Dentilab, S.A. de C.V., presentó en esta Coordinación lo siguiente:

- Escrito dirigido a la Coordinación de Control Técnico de Insumos, en papel membretado con la razón social del licitante, en el que solicita el análisis del producto que a continuación se señala, haciendo referencia a la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio Número LA-019GYR047-E63-2016 Electrónica.
- La cantidad de muestra indicada en el listado del Anexo 4: **CLAVES CON MUESTRAS PARA MATERIAL DE CURACIÓN, RADIOLÓGICO Y DE LABORATORIO** 300 piezas (150 pares).
- Certificado de análisis del lote de las muestras entregadas.
- Copia legible del Registro Sanitario vigente expedido por la COFEPRIS, prórroga o acuse de solicitud de prórroga del mismo.

GUANTES PARA EXPLORACIÓN, AMBIDIESTRO, ESTÉRILES, DE LÁTEX, DESECHABLES.
TAMANOS: GRANDE., clave: 060.456.0409.11.01

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Denominación distintiva DL
y(o) Marca: 1246C98 SSA
Registro Sanitario: No indica
Catálogo o Modelo: México
País de origen: Grupo Industrial Poseidón, S.A. de C.V.
Fabricante: Dentilab, S.A. De C.V.
Proveedor:

Lote: 160504

Fecha de fabricación: 1605-04

Fecha de caducidad: 202105

* Implícita en el número de lote (AAMM-consecutivo).

ANÁLISIS

Las pruebas específicas establecidas se llevaron a cabo considerando:

➤ **FEUM-S-2015** FARMACOEPA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS-SUPLEMENTO.
2015. GUANTES PARA EXPLORACIÓN DE HULE LÁTEX NATURAL.

Página(s): 400

A continuación se transcriben los resultados de las pruebas específicas obtenidos en el análisis número 2016-003167 practicado por el Área de Análisis de Materiales No Metálicos de esta Coordinación:

Oficio Núm. 09-A3-61-61-1-2070/

3793

PRUEBA/REFERENCIA NORMATIVA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO
Acabado/FEUM - S - 2015	Inspeccionar a simple vista, la superficie debe estar libre de defectos críticos y mayores indicados en Clasificación de defectos.	No cumple (1')
Prueba de Integridad/FEUM - S - 2015	Los cuantes no presentan fugas por orificios o roturas a una distancia mayor a los 25 mm con respecto al extremo abierto. La muestra cumple con las especificaciones de la prueba si la cantidad de unidades defectuosas está dentro del NCA 2.5	Cumple 125
Propiedades físicas sin envejecimiento/FEUM - S - 2015	Resistencia a la tensión Método II, MPa	18,0 mínimo 21,6 2,12 13
Propiedades físicas sin envejecimiento/FEUM - S - 2015	Atargamiento a la ruptura Método II, %	650 mínimo 901 57,0 13

x = Promedio
s = Desviación estándar
n = Número de determinaciones por prueba

(1') Dos de los trece envases primarios analizados presentan mal cerrado.

DICTAMEN TÉCNICO

El resultado del estudio demuestra que el producto no cumple con las especificaciones de la FEUM; del informe de resultados de análisis, la prueba que no cumple es: Acabado (Dos de los trece envases primarios analizados presentan mal cerrado).

Atentamente

Dr. Rodolfo A. de Mucha Macías
Coordinador

José Urbano Fonseca No. 6, Col. Magdalena de las Salinas, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 07760, México D.F.
Teléfonos: Contribuidor: 5747 3500, ext. 26121 / Directo: 5754 6894



Oficio Núm. 09-A3-61-61-1-2070/ **3793**

c. c. p.

- Lic. Jesús Humberto Vázquez Sahagún.- Titular de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.
- Ing. Fermín Benítez Girón.- Titular de la División de Bienes Terapéuticos.
- Lic. Alma Rosa Medrano Díaz.- Titular de la Subjefatura de la División de Bienes Terapéuticos.
- Lic. Aleida Rosa Morales Zaballos.- Subjefa de la División de Planeación y Control de Abasto.

MIMA EMM

Folio: 2016-003167

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



MÉXICO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y POLÍTICAS DE SALUD
COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS



08 de diciembre de 2016

Oficio Núm. 09-A3-61-61-1-2070/ 3799

Lic. Maria del Pilar Buerba Gómez

Titular de la Coordinación de Control de Abasto
Presente

Con fecha 24 de noviembre del año en curso, la empresa Holiday de México, S.A. de C.V., presentó en esta Coordinación lo siguiente:

- Escrito dirigido a la Coordinación de Control Técnico de Insumos, en papel membretado con la razón social del licitante, en el que solicita el análisis del producto que a continuación se señala, haciendo referencia a la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio Número LA-019GYR047-E63-2016 Electrónica.
- La cantidad de muestra indicada en el listado del Anexo 4.1 "CLAVES CON MUESTRAS PARA MATERIAL DE CURACIÓN, RADIOLOGICO Y DE LABORATORIO": 100 piezas.
- Certificado de análisis del lote de las muestras entregadas.
- Copia legible del Registro Sanitario vigente expedido por la COFEPRIS, prórroga o acuse de solicitud de prórroga del mismo.

GUANTES PARA EXPLORACION, AMBIDIESTRO, ESTERILES, DE LATEX, DESECHABLES, TAMAÑO: GRANDE., clave: 060.456.0409.11.01

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Denominación distintiva EXEM
y/o Marca:
Registro Sanitario: 296C94 SSA
Catálogo o Modelo: No indica
País de origen: México
Fabricante: Productos Galeno, S. de R.L.
Proveedor: Holiday de México, S.A. de C.V.

Lote: 00915LEG

Fecha de fabricación: 16/03/2015¹

Fecha de caducidad: MARZO-2020

ANÁLISIS

Las pruebas específicas establecidas se llevaron a cabo considerando:

La fecha de fabricación se tomó del Certificado de Análisis de Calidad del fabricante.

José Urbano Fonseca No. 6, Col. Magdalena de las Salinas, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 07760, México D.F.
Teléfonos: Computador: 5747 3500, ext. 26121 / Directo: 5754 6894



Oficio Núm. 09-A3-61-61-1-2070/
3799

FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS, 2014, TERCERA
EDICIÓN. GUANTES PARA EXPLORACIÓN DE HULE LÁTEX
NATURAL, PVC Y ACRILO-NITRILÓ Y PARA CIRUGÍA DE HULE
LÁTEX NATURAL. Página(s): 472

> FEUM-SDM-2014 -3ed

A continuación se transcriben los resultados de las pruebas específicas obtenidos en el análisis número 2016-003148 practicado por el Área de Análisis de Materiales No Metálicos de esta Coordinación:

PRUEBA/REFERENCIA NORMATIVA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO
Acabado/FEUM-SDM - 2014 3ed	Inspeccionar a simple vista, la superficie está libre de defectos críticos y mayores.	Cumple - 8
Prueba de Integridad/FEUM-SDM - 2014 3ed	Los guantes no presentan fugas por orificios o roturas a una distancia mayor a los 25 mm con respecto al extremo abierto. La muestra cumple con las especificaciones de la prueba si la cantidad de unidades defectuosas está dentro del NCA 2.5.	No cumple (1) - 8
Propiedades físicas sin envejecimiento/FEUM-SDM - 2014 -3ed Resistencia a la tensión Método II, MPa	18,0 mínimo	26,6 2,61 7
Propiedades físicas sin envejecimiento/FEUM-SDM - 2014 -3ed Alargamiento a la ruptura Método II, %	650 mínimo	757 32,3 7

x = Promedio
s = Desviación estándar
n = Número de determinaciones por prueba

(1') Uno de ocho guantes analizados presenta fugas por un orificio en la zona de la punta del dedo anular.

MÉXICO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y POLÍTICAS DE SALUD
COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS

Oficio Núm. 09-A3-61-61-1-2070/ **3799**

DICTAMEN TÉCNICO

El resultado del estudio demuestra que el producto **no cumple** con las especificaciones de la FEUM; del informe de resultados de análisis, las pruebas que no cumplen son: Prueba de integridad (*Uno de ocho guantes analizados presenta fugas por un orificio en la zona de la punta del dedo anular*).

Atentamente

Dr. Rodolfo A. de Mucha Macías
Coordinador

c. c. p:

- Lic. Jesús Humberto Vázquez Sahagún.- Titular de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.
- Ing. Fermín Benítez Girón.- Titular de la División de Bienes Terapéuticos.
- Lic. Alma Rosa Medrano Díaz.- Titular de la Subsecretaría de la División de Bienes Terapéuticos.
- Lic. Aleida Rosa Morantes Zeballos.- Subjefa de la División de Planeación y Control de Abasto.



Folio: 2016-003148

María G. Medina
Ing. Mario Alberto Medina Olguín
Encargado de la División de Material de
Curación e Instrumental

MÉXICO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y POLÍTICAS DE SALUD
COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS



08 de diciembre de 2016

Oficio Núm. 09-A3-61-61-1-2070/ 3805

Lic. María del Pilar Buerba Gómez

Titular de la Coordinación de Control de Abasto,
Presente

En relación al Procedimiento de Compras en su Modalidad de Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio Número LA-019GYR047-E63-2016 Electrónica para la adquisición de Material de Curación Látex grupo 060 compra consolidada 2017, que se está llevando a cabo.

Comunico a usted que con fecha 17 de noviembre del año en curso, la empresa Cohmedic, S.A. de C.V. presentó en esta Coordinación el escrito dirigido a la COCTI en papel membretado con la razón social del licitante, solicitando el análisis de diferentes claves de la marca-fabricante que está ofertando, haciendo referencia a la licitación antes mencionada, así como el Certificado de análisis del lote de las muestras entregadas, sin incluirse en algunos casos el Registro Sanitario vigente expedido por la COFEPRIS y/o la cantidad de muestra indicada en el Anexo 4.1 "CLAVES CON MUESTRAS PARA MATERIAL DE CURACIÓN, RADIOLOGICO Y DE LABORATORIO"

Clave	Fabricante	Marca	Lote	Motivo de incumplimiento
060.456.0359.02.01	Equipos Quirúrgicos S.A. de C.V.	EQ-MEDIC	160502-C	No entregó la cantidad de muestra indicada en el Anexo 4.1 Piezas requeridas: 300 piezas (150 pares) Piezas recibidas: 100 piezas (50 pares).
060.456.0409.11.01			150812-E	No entregó copia del Registro Sanitario 1473C2012 SSA referido en el envase del producto, recibiendo en su lugar copia del Registro Sanitario 1474C2012 SSA.
060.456.0383.11.01			150320-E	No entregó copia del Registro Sanitario 1473C2012 SSA referido en el envase del producto, recibiendo en su lugar copia del Registro Sanitario 1474C2012 SSA.
060.456.0391.11.01			160202-E	No entregó copia del Registro Sanitario 1473C2012 SSA referido en el envase del producto, recibiendo en su lugar copia del Registro Sanitario 1474C2012 SSA. Piezas requeridas: 150 piezas (75 pares) Piezas recibidas: 100 piezas (50 pares).



Oficio Núm. 09-A3-61-61-1-2070/ 3805

Incumpliendo con lo establecido en el numeral 2.5 Método de prueba e Institución pública o privada que lo realizará, consignado en la Convocatoria del procedimiento de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio Número LA-019GYR047-E63-2016, que a letra dice:

" Exclusivamente será necesaria la realización de pruebas para las claves detalladas en el Anexo 4.1 "Claves con Muestra MC" ..., por lo que es necesario que el licitante participante entregue a partir de la publicación de la Convocatoria y a más tardar tres días hábiles antes del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la COCTI lo siguiente:

- Escrito dirigido a la COCTI...
- La cantidad de muestras indicada en el Anexo 4.1 "CLAVES CON MUESTRA MC" ...
- Sustancias de referencia ...
- Certificado de análisis del lote de las muestras entregadas
- Copia legible del Registro Sanitario ...

Reforzando esto de acuerdo a lo establecido en el numeral 4.4. CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO, que a letra dice: "De acuerdo a lo instruido en el artículo 29 fracción XV de la LAASSP, será causal de desechamiento:... x) Cuando el licitante presente de forma parcial o incompleta las muestras de las claves contenidas en el Anexo 4.1 "Claves con Muestra MC" y los documentos solicitados conforme al numeral 2.5. Método de prueba e Institución pública o privada que lo realizará de la Convocatoria".

Por lo anterior, el licitante no cumple con la entrega total de los requisitos establecidos en la Convocatoria de Licitación que nos ocupa, siendo causal de desechamiento de la propuesta.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviar a usted un cordial saludo.

Atentamente,

Dr. Rodolfo A. de Mucha Macías
Coordinador

c. c. p:

- Lic. Jesús Humberto Vázquez Sahagún.- Titular de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.
- Ing. Fermín Benítez Girón.- Titular de la División de Bienes Terapéuticos.
- Lic. Alma Rosa Medrano Díaz.- Titular de la Subjefatura de la División de Bienes Terapéuticos.
- Lic. Aleida Rosa Morales Zeballos.- Subjefa de la División de Planeación y Control de Abasto.

MARCO MIMA

KARL ERIC MORALES

Folio: 2016-003048 / 2016-003051 / 2016-003050 / 2016-003052

MÉXICO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y POLÍTICAS DE SALUD
COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS



08 de diciembre de 2016

Oficio Núm. 09-A3-61-61-1-2070/ **3806**

Lic. Maria del Pilar Buerba Gómez

Titular de la Coordinación de Control de Abasto
Presente

Con fecha 24 de noviembre del año en curso, la empresa Holiday de México, S.A. de C.V., presentó en esta Coordinación lo siguiente:

- Escrito dirigido a la Coordinación de Control Técnico de Insumos, en papel membretado con la razón social del licitante, en el que solicita el análisis del producto que a continuación se señala, haciendo referencia a la Licitación Pública Internacional bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio Número LA-019GYR047-E63-2016 Electrónica.
- La cantidad de muestra indicada en el listado del Anexo 4.1 "CLAVES CON MUESTRAS PARA MATERIAL DE CURACIÓN, RADIOLÓGICO Y DE LABORATORIO". 40 piezas.
- Certificado de análisis del lote de las muestras entregadas.
- Copia legible del Registro Sanitario vigente expedido por la COFEPRIS, prórroga o acuse de solicitud de prórroga del mismo.

SONDAS PARA DRENAJE URINARIO, DE LATEX CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 3 ML CON VALVULA PARA JERINGA, ESTERIL Y DESECHABLE, TIPO FOLEY DE DOS VIAS, CALIBRE. 8 FR.

Clave: 060.168.3311.11.01

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Denominación distintiva: ADEX
Y(o) Marca:
Registro Sanitario: 74332 SSA
Catálogo o Modelo: No indica
País de origen: México
Fabricante: Productos ADEX, S.A. de C.V.
Proveedor: Holiday de México, S.A. de C.V.

Lote: 2816 E

Fecha de fabricación: 20160711

Fecha de caducidad: 20210711

ANÁLISIS

Las pruebas específicas establecidas se llevaron a cabo considerando:

- **FEUM-SDM-2014 -3ed**
- FARMACOEPA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS, 2014, TERCERA
EDICIÓN, Sonda para drenaje urinario modelo Foley.
Página(s): 686



Oficio Núm. 09-A3-61-61-1-2070/ 3806

A continuación se transcriben los resultados de las pruebas específicas obtenidos en el análisis número 2016-003143 practicado por el Área de Análisis de Materiales Metálicos de esta Coordinación:

PRUEBA/REFERENCIA NORMATIVA	ESPECIFICACIÓN	x	s	n	RESULTADO
Clasificación de Defectos/FEUM-SDM - 2014 -3ed	(1)	Cumple	-	8	
Acabado/FEUM-SDM - 2014 -3ed	(2)	Cumple	-	8	
Dimensiones/FEUM-SDM - 2014 -3ed Diámetro externo, mm	2,7 ± 0,33	3,10 (3')	0,095	7	
Determinación del flujo de Arenado/FEUM-SDM - 2014 -3ed, mL/min	15 mínimo	15	0,2	7	

x = Promedio
s = Desviación estándar
n = Número de determinaciones por prueba

(1) Se consideran defectos críticos los siguientes:

- Piezas rotas o desensambladas.
 - Material extraño en el interior del producto.
 - Envase primario mal sellado, roto o abierto.
 - Ausencia en el envase primario del dato calibre en French o diámetro interior de la sonda.
- Se consideran defectos mayores los siguientes:**
- Material extraño dentro del envase primario.

(2) La superficie está libre de irregularidades e imperfecciones en el exterior e interior que puedan afectar su apariencia o funcionamiento, tales como deformaciones, desmoronamiento, escurremientos, fisuras, granulaciones, manchas, material infusible, materias extrañas, partes chulosas, delgadas o reblandecidas, rebabas, así mismo no presentan roturas

(3') De siete valores obtenidos, seis de ellos están por arriba de la especificación (3,07 3,08 3,07 3,12 3,09 3,28).



MÉXICO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y POLÍTICAS DE SALUD
COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS

Oficio Núm. 09-A3-61-61-1-2070/ 3806

DICTAMEN TÉCNICO

El resultado del estudio demuestra que el producto no cumple con las especificaciones de la FEUM; del informe de resultados de análisis, las pruebas que no cumplen son: Dimensiones/Diámetro externo (Especificación: $2,7 \pm 0,33$ mm; Resultado: 3,10 mm).

Mario A. Medina
Ing. Mario Alberto Medina Olguín
Encargado de la División de Material de
Curación e Instrumental

Atentamente

Rodolfo A. de Mucha Macías

Dr. Rodolfo A. de Mucha Macías
Coordinador


c. c. p:

- Lic. Jesús Humberto Vázquez Sahagún.- Titular de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.
- Ing. Fermín Benítez Girón.- Titular de la División de Bienes Terapéuticos.
- Lic. Alma Rosa Medrano Díaz.- Titular de la Subjefatura de la División de Bienes Terapéuticos.
- Lic. Aleida Rosa Morales Zeballos.- Subjefa de la División de Planeación y Control de Abasto.

MIMA

KML

Folio: 2016-003143



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

5

5

5

11/4



FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS		FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS		FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS	
DEPENDECIA/SECRETARIA E INSTITUTOS	REQUISITOS Y DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FECHA	CORREO ELECTRÓNICO
ESTADO DE MÉXICO INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL, PODER LEGAL DEL REPRESENTANTE, ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA, CEDULA FISCAL DE LA EMPRESA, COMPROBANTE DE DOMICILIO DE LA EMPRESA Y UNA CARTA. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LA QUE MANIFIESTE UN CORREO ELECTRÓNICO Y UN NÚMERO TELEFÓNICO CON LA FINALIDAD DE RECIBIR NOTIFICACIONES RESPECTO DE ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO QUE SE FIRMA.	LIC. OSCAR MARTINEZ ROMERO, A TRAVÉS DEL PERSONAL QUE DISEÑE	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE	LA FIRMA DEL CONTRATO SE LLEVARA A CABO DENTRO DEL PLAZO DE 15 DIAS NATURALES CONTADOS AL DIA SIGUIENTE DE LA FECHA EN QUE FUE NOTIFICADO EL FALLO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 46 PRIMER PARRAFO DE LA LAASSP.	manuel.m.garduno@stl.com.mx
INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO	1.- ACTA CONSTITUTIVA 2.- PODER NOTARIAL DE LA PERSONA QUE SUSCRIBIRA EL CONTRATO 3.- IDENTIFICACION OFICIAL DEL APODERADO QUE SUSCRIBIRA EL CONTRATO 4.- R.F.C. DE LA EMPRESA 5.- CONSTANCIA DOMICILIARIA DE LA EMPRESA RECIENTE	MTIA. ARACELI MONTEAGÓN OSORIO	JEFA DE LA UNIDAD JURIDICA Y CONSULTIVA	LA FIRMA DEL CONTRATO SE LLEVARA A CABO DENTRO DEL PLAZO DE 15 DIAS NATURALES CONTADOS AL DIA SIGUIENTE DE LA FECHA EN QUE FUE NOTIFICADO EL FALLO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 46 PRIMER PARRAFO DE LA LAASSP.	gmal.com
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO.	ACTA CONSTITUTIVA, PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL, INE DEL REPRESENTANTE LEGAL, COMPROBANTE DE DOMICILIO FISCAL, R.F.C. DE LA EMPRESA, E-MAIL Y NUMERO TELEFONICO DONDE SE PUEDA LOCALIZAR	ING. RAFAEL CAMPOS ROCHA	DE CUENTA EJECUTIVO	LA FIRMA DEL CONTRATO SE LLEVARA A CABO DENTRO DEL PLAZO DE 15 DIAS NATURALES CONTADOS AL DIA SIGUIENTE DE LA FECHA EN QUE FUE NOTIFICADO EL FALLO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 46 PRIMER PARRAFO DE LA LAASSP.	gmal.com

FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS

DEPENDENCIA/SECRETARIA E INSTITUTOS

SERVICIOS DE SALUD DE MAYARIT

COPIA DEL PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL, IDENTIFICACION ORIGINAL DEL REPRESENTANTE LEGAL, COMPROBANTE DE DOMICILIO DEL UCLTANE GANADOR, EN SU CASO OPINION DE

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES (32-0)

REQUISITOS Y DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA FORMALIZACION DEL CONTRATO

NOMBRE DEL RESPONSABLE

CARGO

FECHA

CORREO ELECTRONICO

DIRECCION

PARA FIRMA

HORARIOS

10:00 A 15:00

15:00 A 18:00

18:00 A 20:00

20:00 A 22:00

22:00 A 24:00

24:00 A 26:00

26:00 A 28:00

28:00 A 30:00

30:00 A 32:00

32:00 A 34:00

34:00 A 36:00

36:00 A 38:00

38:00 A 40:00

40:00 A 42:00

42:00 A 44:00

44:00 A 46:00

46:00 A 48:00

48:00 A 50:00

50:00 A 52:00

52:00 A 54:00

54:00 A 56:00

56:00 A 58:00

58:00 A 60:00

60:00 A 62:00

62:00 A 64:00

64:00 A 66:00

66:00 A 68:00

68:00 A 70:00

70:00 A 72:00

72:00 A 74:00

74:00 A 76:00

76:00 A 78:00

78:00 A 80:00

80:00 A 82:00

82:00 A 84:00

84:00 A 86:00

86:00 A 88:00

88:00 A 90:00

90:00 A 92:00

92:00 A 94:00

94:00 A 96:00

96:00 A 98:00

98:00 A 100:00

100:00 A 102:00

102:00 A 104:00

104:00 A 106:00

106:00 A 108:00

108:00 A 110:00

110:00 A 112:00

112:00 A 114:00

114:00 A 116:00

116:00 A 118:00

118:00 A 120:00

120:00 A 122:00

122:00 A 124:00

124:00 A 126:00

126:00 A 128:00

128:00 A 130:00

130:00 A 132:00

132:00 A 134:00

134:00 A 136:00

136:00 A 138:00

138:00 A 140:00

140:00 A 142:00

142:00 A 144:00

144:00 A 146:00

146:00 A 148:00

148:00 A 150:00

150:00 A 152:00

152:00 A 154:00

154:00 A 156:00

156:00 A 158:00

158:00 A 160:00

160:00 A 162:00

162:00 A 164:00

164:00 A 166:00

166:00 A 168:00

168:00 A 170:00

170:00 A 172:00

172:00 A 174:00

174:00 A 176:00

176:00 A 178:00

178:00 A 180:00

180:00 A 182:00

182:00 A 184:00

184:00 A 186:00

186:00 A 188:00

188:00 A 190:00

190:00 A 192:00

192:00 A 194:00

194:00 A 196:00

196:00 A 198:00

198:00 A 200:00

200:00 A 202:00

202:00 A 204:00

204:00 A 206:00

206:00 A 208:00

208:00 A 210:00

210:00 A 212:00

212:00 A 214:00

214:00 A 216:00

216:00 A 218:00

218:00 A 220:00

220:00 A 222:00

222:00 A 224:00

224:00 A 226:00

226:00 A 228:00

228:00 A 230:00

230:00 A 232:00

232:00 A 234:00

234:00 A 236:00

236:00 A 238:00

238:00 A 240:00

240:00 A 242:00

242:00 A 244:00

244:00 A 246:00

246:00 A 248:00

248:00 A 250:00

250:00 A 252:00

252:00 A 254:00

254:00 A 256:00

256:00 A 258:00

258:00 A 260:00

260:00 A 262:00

262:00 A 264:00

264:00 A 266:00

266:00 A 268:00

268:00 A 270:00

270:00 A 272:00

272:00 A 274:00

274:00 A 276:00

276:00 A 278:00

278:00 A 280:00

280:00 A 282:00

282:00 A 284:00

284:00 A 286:00

286:00 A 288:00

288:00 A 290:00

290:00 A 292:00

292:00 A 294:00

294:00 A 296:00

296:00 A 298:00

298:00 A 300:00

300:00 A 302:00

302:00 A 304:00

304:00 A 306:00

306:00 A 308:00

308:00 A 310:00

310:00 A 312:00

312:00 A 314:00

314:00 A 316:00

316:00 A 318:00

318:00 A 320:00

320:00 A 322:00

322:00 A 324:00

324:00 A 326:00

326:00 A 328:00

328:00 A 330:00

330:00 A 332:00

332:00 A 334:00

334:00 A 336:00

336:00 A 338:00

338:00 A 340:00

340:00 A 342:00

342:00 A 344:00

344:00 A 346:00

346:00 A 348:00

348:00 A 350:00

350:00 A 352:00

352:00 A 354:00

354:00 A 356:00

356:00 A 358:00

358:00 A 360:00

360:00 A 362:00

362:00 A 364:00

364:00 A 366:00

366:00 A 368:00

368:00 A 370:00

370:00 A 372:00

372:00 A 374:00

374:00 A 376:00

376:00 A 378:00

378:00 A 380:00

380:00 A 382:00

382:00 A 384:00

384:00 A 386:00

386:00 A 388:00

388:00 A 390:00

390:00 A 392:00

392:00 A 394:00

394:00 A 396:00

396:00 A 398:00

398:00 A 400:00

400:00 A 402:00

402:00 A 404:00

404:00 A 406:00

406:00 A 408:00

408:00 A 410:00

410:00 A 412:00

412:00 A 414:00

414:00 A 416:00

416:00 A 418:00

418:00 A 420:00

420:00 A 422:00

422:00 A 424:00

424:00 A 426:00

426:00 A 428:00

428:00 A 430:00

430:00 A 432:00

432:00 A 434:00

434:00 A 436:00

436:00 A 438:00

438:00 A 440:00

440:00 A 442:00

442:00 A 444:00

444:00 A 446:00

446:00 A 448:00

448:00 A 450:00

450:00 A 452:00

452:00 A 454:00

454:00 A 456:00

456:00 A 458:00

458:00 A 460:00

460:00 A 462:00

462:00 A 464:00

464:00 A 466:00

466:00 A 468:00

468:00 A 470:00

470:00 A 472:00

472:00 A 474:00

474:00 A 476:00

476:00 A 478:00

478:00 A 480:00

480:00 A 482:00

482:00 A 484:00

484:00 A 486:00

486:00 A 488:00

488:00 A 490:00

490:00 A 492:00

492:00 A 494:00

494:00 A 496:00

496:00 A 498:00

498:00 A 500:00

500:00 A 502:00

502:00 A 504:00

504:00 A 506:00

506:00 A 508:00

508:00 A 510:00

510:00 A 512:00

512:00 A 514:00

514:00 A 516:00

516:00 A 518:00

518:00 A 520:00

520:00 A 522:00

522:00 A 524:00

524:00 A 526:00

526:00 A 528:00

528:00 A 530:00

530:00 A 532:00

532:00 A 534:00

534:00 A 536:00

536:00 A 538:00

538:00 A 540:00

DEPENDENCIA/SECRETARIA E INSTITUTOS	REQUISITOS Y DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA FORMALIZACION DEL CONTRATO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FECHA	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION	FORMALIZACION DEL CONTRATO
CENTRO REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CHIAPAS/HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD "CIUDAD SALUD"	PERSONA MORAL 1. CARTA ORIGINAL DE CERTIFICACION BANCARIA A 18 DIGITOS CLAVE CON FIRMA AUTOGRAFIA NUMERO DE EJECUTIVO QUE CERTIFICA Y SELLO BANCARIO (LA CLAVE DEBE COINCIDIR CON LA DEBITA EN EL ESTADO DE CUENTA ACTUALIZADO Y CON EL FORMATO DE AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA BANCARIA) 2. CEDULA FISCAL QUE CONTENGA EL DOMICILIO FISCAL (ANEXAR COPIA DEL FORMATO R-1) 3. COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA (QUE INCLUYA COPIA DE ALTA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD ASÍ COMO LAS MODIFICACIONES RECIENTES) 4. FOTOCOPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL CON FOTOGRAFIA Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL. 5. NUMERO TELEFONICO Y /O FAX (COPIA DEL RECIBO TELEFONICO A NOMBRE DE LA EMPRESA) 6. ORIGINAL DE CARTA DE AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA CON SELLO DE LA EMPRESA Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL. (SE ANEXA EL FORMATO) 7. LA PLANZA O CHEQUE CERTIFICADO DEBERA PRESENTAR COMO BENEFICIARIO AL CENTRO REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CHIAPAS. 8. COMPROBANTE DE NO ADEUDOS FISCALES (PROVEEDORES LOCALES) 9. COPIA DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO 10. COPIA DE PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL (EN CASO DE QUE NO FIGURE EN EL ACTA CONSTITUTIVA) NOTA: PARA PERSONA FISICA SE Omite ACTA CONSTITUTIVA.	UIC. GUILLERMINA GRANALES SANTIBARCEZ	ADMINISTRADOR TIPO "C"	LA FIRMA DEL CONTRATO SE LLEVARA A CABO DENTRO DEL PLAZO DE 15 DIAS NATURALES SIGUIENTE A LA NOTIFICACION DEL FALLO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 46 PRIMER PARRAFO DE LA LAMSP.	BOULEVARD S.S. JUAN PABLO II COL. JOSE CASTILLO Tuxtla Gutierrez, Chiapas, Código Postal 28070. 9:00 A 14:00 HORAS		
HOSPITAL DE LA MUJER	ACTA CONSTITUTIVA, PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL, COMPROBANTE DE DOMICILIO FISCAL, PREFERENCIA TELEFONO.	UIC. JUAN CARLOS RAMIREZ	JEFE DE DEPARTAMENTO	LA FIRMA DEL CONTRATO SE LLEVARA A CABO DENTRO DEL PLAZO DE 15 DIAS NATURALES SIGUIENTE A LA NOTIFICACION DEL FALLO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 46 PRIMER PARRAFO DE LA LAMSP.	REFORMA No. 156, PISO 14, COL. JUAREZ, DELEG. CUAUHTEMOC, C.P. 06600		
HOSPITAL GENERAL DE MEXICO "DR. EDUARDO LIEBAG"	ACTA CONSTITUTIVA, PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL, CARTA DE NO REVOCACION DE PODERES, RFC DE LA EMPRESA, RFC DEL REPRESENTANTE LEGAL, COMPROBANTE DE DOMICILIO FISCAL, PREFERENCIA TELEFONO.	UIC. JULIO CASTILLO VINALAY	SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	LA FIRMA DEL CONTRATO SE LLEVARA A CABO DENTRO DEL PLAZO DE 15 DIAS NATURALES SIGUIENTE A LA NOTIFICACION DEL FALLO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 46 PRIMER PARRAFO DE LA LAMSP.	HOSPITAL GENERAL DE MEXICO, "DR. EDUARDO LIEBAG", EN LA CALLE DR. BALMIS 148, COLONIA DOCTORES, DELEGACION CUAUHTEMOC, MEXICO D.F. C.P. 06726.		

Handwritten signatures and initials are present at the top of the page, including a large signature on the right and several initials on the left.

DEPENDENCIA/SECRETARÍA E INSTITUTOS				FORMATIZACIÓN DE LOS CONTRATOS			
REQUISITOS Y DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA FORMATIZACIÓN DEL CONTRATO				NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO	FECHA	DIRECCIÓN
HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO "FEDERICO GÓMEZ"	COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y COPIA DE PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL.	LIC. JUAN ANTONIO GAMMA GÓMEZ	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	LA FIRMA DEL CONTRATO SE LEVANTARÁ A CABO DENTRO DEL PLAZO DE 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO DEBERÁ CONFIRMAR DÍA Y HORA PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DENTRO DEL ESTABLECIDO EN LAS COLUMNAS DENOMINADAS FECHA Y HORARIO.	FARMACÉUTICAS, DR. MARQUEZ NO. 162 20, PISO 1500 A 1300 HORAS DE LUNES A VIERNES	CUAUHTEMOC, C.P. 06720 CIUDAD DE MÉXICO	DEPARTAMENTO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES DEL EDIFICIO ARTURO MUÑOZ DELEGACIÓN
HOSPITAL JUÁREZ DEL CENTRO	ACTA CONSTITUTIVA, PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL, CARTA DE NO REVOCACIÓN DE PODERES, RFC DE LA EMPRESA, IFE DEL REPRESENTANTE LEGAL, COMPROMISANTE DE DOMICILIO FISCAL, PREFERENCIA TELEFÓNICA, EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ADJUDICADA DEBERÁ PRESENTARSE AL DÍA SIGUIENTE DEL FALLO AL DEPARTAMENTO DE GENERACIÓN DE PEDIDOS A ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE.	LIC. JUAN CARLOS RAMÍREZ MUÑOZ	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	LA FIRMA DEL CONTRATO SE LEVANTARÁ A CABO DENTRO DEL PLAZO DE 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO DEBERÁ CONFIRMAR DÍA Y HORA PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DENTRO DEL ESTABLECIDO EN LAS COLUMNAS DENOMINADAS FECHA Y HORARIO.	9:00 A 18:00 hrs	CUAUHTEMOC, C.P. 06600	REFORMA NO. 156, PISO 14, COL. JUÁREZ, DELEG.
HOSPITAL NACIONAL HOMOPATICO	ACTA CONSTITUTIVA, PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL, CARTA DE NO REVOCACIÓN DE PODERES, RFC DE LA EMPRESA, IFE DEL REPRESENTANTE LEGAL, COMPROMISANTE DE DOMICILIO FISCAL, PREFERENCIA TELEFÓNICA, EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ADJUDICADA DEBERÁ PRESENTARSE AL DÍA SIGUIENTE DEL FALLO AL DEPARTAMENTO DE GENERACIÓN DE PEDIDOS A ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE.	LIC. JUAN CARLOS RAMÍREZ MUÑOZ	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	LA FIRMA DEL CONTRATO SE LEVANTARÁ A CABO DENTRO DEL PLAZO DE 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO DEBERÁ CONFIRMAR DÍA Y HORA PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DENTRO DEL ESTABLECIDO EN LAS COLUMNAS DENOMINADAS FECHA Y HORARIO.	9:00 AM A 18:00 HRS DE LUNES A VIERNES EN DÍAS HÁBILES	CUAUHTEMOC, C.P. 06600	REFORMA NO. 156, PISO 14, COL. JUÁREZ, DELEG.

[illegible]

2

1

5

[illegible]