

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN**  
**COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO**  
**CLAVES CON MUESTRAS 2018**  
**Claves de Material de Curación y laboratorio que se evaluarán**

| CLAVE |     |     |      |     | PRESENTACIÓN REQUERIDA |  |        |      |      |                               |                                      | OBSERVACIONES                                   |   |  |
|-------|-----|-----|------|-----|------------------------|--|--------|------|------|-------------------------------|--------------------------------------|---|---|--|
| NO.   | GPO | GEN | ESP  | DIF | VAR                    | DESCRIPCION  | UNIDAD | CANT | TIPO | PRUEBAS A EVALUAR             | CANTIDAD DE MUESTRAS PARA EVALUACION |   | REFERENCIA NORMATIVA  | TITULO DE LA MONOGRAFIA/ESPECIFICACIÓN TÉCNICA |
| 1     | 060 | 004 | 109  | 11  | 01                     | ABATELINGUAS DE MADERA, DESECHABLES. LARGO. 142.0 MM. ANCHO. 18.0 MM.  | ENV    | 500  | PZA  | INSPECCION                    | 3                                    | FEUM 2014                                       | ABATELINGUAS DE MADERA. Página(s): 454  |  |
| 2     | 060 | 016 | 0154 | 11  | 01                     | ACEITES MINERAL, PARA USO EXTERNO.   | ENV    | 250  | ML.  | INSPECCION                    | 3                                    | NOM-002 / USP - 37 - NF - 32 - 2014 - VOL - III | • NOM-002-SECF-2011 - PRODUCTOS PREENVASADOS-CONTENIDO NETO-TOLERANCIAS Y METODOS DE VERIFICACION.<br>• USP - 37 - NF - 32 - 2014 - VOL - III |  |
| 3     | 060 | 034 | 0103 | 13  | 01                     | ANTISEPTICOS, AGUA OXIGENADA EN CONCENTRACION DEL 2.5 AL 3.5 %. ENVASE CON 480 ML.   | ENV    | 480  | ML.  | INSPECCION                    | 3                                    | FEUM 2014                                       | AGUA OXIGENADA AL 3.5 POR CIENTO. Página(s): 372  |  |
| 4     | 060 | 040 | 0543 | 04  | 01                     | AGUAS PARA RAQUIANESTESIA O BLOQUEO SUBARACNOIDEO. DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA TIPO LAPIZ, CONECTOR ROSCADO LUER LOCK, HEMBRERA TRANSLUCIDO Y MANDRIL CON BOTON INDICADOR, SIN DEPOSITO O CON DEPOSITO DE 0.2 ML EN PABELLON PARA LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO. ESTERIL Y DESECHABLE. TIPO WHITACRE. LONGITUD. 11.6 CM A 11.9 CM CALIBRE 25 O 27 G.  | PZA    | 1    | PZA  | INSPECCION                    | 15                                   | FEUM 2014                                       | AGUAS PARA RAQUIANESTESIA O BLOQUEO SUBARACNOIDEO TIPO WHITACRE. Página(s): 570   |  |
| 5     | 060 | 040 | 8041 | 12  | 01                     | AGUAS DENTAL. TIPO CARPULE. DESECHABLE. LONGITUD. 20-25 MM CALIBRE. 30 G TAMAYO. CORTA.  | ENV    | 100  | PZA  | INSPECCION                    | 3                                    | FEUM 2014                                       | AGUAS DENTALES TIPO CARPULE. Página(s): 570   |  |
| 6     | 060 | 040 | 8058 | 11  | 01                     | AGUAS DENTAL. TIPO CARPULE. DESECHABLE. LONGITUD. 25-42 MM CALIBRE. 27 G TAMAYO. LARGA.  | ENV    | 100  | PZA  | INSPECCION                    | 3                                    | FEUM 2014                                       | AGUAS DENTALES TIPO CARPULE. Página(s): 570   |  |
| 7     | 060 | 058 | 0153 | 11  | 01                     | ALGODONES EN LAMINAS, ENROLADO O PUSADO. FLUORURO DE SODIO PARA PREVENCIÓN DE CARIES.ACIDULADO AL 2% EN GEL DE SABOR.  | ENV    | 300  | GRO  | INSPECCION                    | 3                                    | FEUM 2014                                       | ALGODÓN ABSORBENTE. Página(s): 455  |  |
| 8     | 060 | 066 | 0500 | 11  | 01                     | FLUORURO DE SODIO PARA PREVENCIÓN DE CARIES.ACIDULADO AL 2% EN GEL DE SABOR.   | ENV    | 480  | ML.  | INSPECCION                    | 3                                    | NIMSS   | Norma IMSS. Fluoruro de sodio, en gel de sabor al 2 % (2 de febrero de 1989)  |  |
| 9     | 060 | 066 | 0880 | 04  | 01                     | DESINFECTANTES. SOLUCION CONCENTRADA ESTERILIZANTE EN FRIO DEL 8 AL 12.5% DE GLUTARALDEHIDO, PARA PREPARAR UNA DILUCION DE USO FINAL DEL 2 AL 3.5%. PARA UTILIZARSE EN INSTRUMENTAL TERMOSENSIBLE LIMPIO Y SIN MATERIAL ORGANICO. FRASCO CON UN LITRO Y DOSIFICADOR INTEGRADO. ENVASE CON 6 FRASCOS. PARA AQUELLOS PRODUCTOS QUE INDICAN REUSO, SE DEBE COMPROBAR SU ACTIVIDAD QUIMICA O AUSENCIA DE CONTAMINACION MEDIANTE CULTIVOS, LA DILUCION Y EL EMPLEO DEL PRODUCTO CONCENTRADO SERA DE ACUERDO A LAS | ENV    | 6    | FCO  | • INSPECCION DE FUNCIONALIDAD | 3                                    | FEUM 2014                                       | GLUTARALDEHIDO DEL 8 AL 12.5 POR CIENTO. Página(s): 374   |  |
| 10    | 060 | 066 | 0914 | 03  | 01                     | ANTISEPTICOS. LIQUIDO ANTISEPTICO, PARA LAVADO PRE Y POST QUIRURGICO DE MANOS Y PIEL. FORMULADO A BASE DE 0.75% MINIMO DE TRICLOSAN, 1.1% MINIMO DE ORTOFENILFENOL CON 10% MINIMO DE JABON ANHIDRO DE COCO EN BASE SECA, HUMECTANTES Y SUAVIZANTES. DE AMPLIO ESPECTRO ANTIMICROBIANO. ENVASE CON 4 LITROS.  | ENV    | 1    | ENV  | • INSPECCION DE FUNCIONALIDAD | 3                                    | NIMSS   | Norma IMSS. Jabón líquido desinfectante, para lavado pre y post quirúrgico de manos y piel (17-01-99)   |  |
| 11    | 060 | 082 | 0104 | 04  | 01                     | APLICADORES CON ALGODON. DE MADERA. ENVASE CON 150 A 750 PIEZAS.   | ENV    | 1    | ENV  | INSPECCION                    | 3                                    | FEUM 2016                                       | APLICADORES CON ALGODÓN. Página(s): 297   |  |
| 12    | 060 | 088 | 0108 | 11  | 01                     | APOSTOS COMBINADOS. DE CELULOSA, CON TEJA NO TEJIDA. MEDIDAS: 20 X 13 CM.  | ENV    | 150  | PZA  | INSPECCION                    | 3                                    | NIMSS   | Norma IMSS. Apósito combinado de algodón con tela no tejida (24-11-91)  |  |

# INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO

CLAVES CON MUESTRAS 2018

Claves de Material de Curación y laboratorio que se evaluarán

| CLAVE |     |     |      |     |     | PRESENTACIÓN REQUERIDA   |        |      |      | REFERENCIA NORMATIVA                       | TÍTULO DE LA MONOGRAFÍA/ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | OBSERVACIONES |  |                                      |
|-------|-----|-----|------|-----|-----|--|--------|------|------|--|--|---------------|--|--------------------------------------|
| NO.   | GPO | GEN | ESP  | DIF | VAR | DESCRIPCIÓN  | UNIDAD | CANT | TIPO |  |  |               | PRUEBAS A EVALUAR  | CANTIDAD DE MUESTRAS PARA EVALUACIÓN |
| 13    | 060 | 125 | 0038 | 03  | 01  | BOLSAS PARA ALIMENTACION PARENTERAL PEDIATRICA, DE 500 ML, DE ETILVINIL ACETATO, CON BURETA DE 150 ML GRADUADA PARA LLENADO DE LA BOLSA EN VOLUMENES PRECISOS CON CAPSULA DE INYECCION PARA MEDICAMENTOS, CON CONEXION LUER LOCK PARA EL SISTEMA DE LLENADO, CON PINZA PARA SELLADO HERMETICO, CON ESCALA DE MEDICION CADA 50 ML SISTEMA PARA LLENADO DE 3 VIAS CON CATETER LUER LOCK A LA BOLSA Y BAYONETAS A SUS EXTREMOS DISTALES Y CON UN FILTRO PARA ENTRADA DE AIRE EN LA BURETA Y PINZAS PARA INTERRUPTOR DE FLUJO Y ASA PARA COLGAR. ESTERIL.  | PZA    | 1    | PZA  | INSPECCIÓN                                 | 15   | FEUM 2014     | BOLSA PARA ALIMENTACIÓN PARENTERAL, Página(s): 492   |                                      |
| 14    | 060 | 125 | 0582 | 11  | 01  | BOLSAS PARA ILEOSTOMIA O COLOSTOMIA. TAMAÑO ADULTO. AUTOADHERIBLE, DE PLASTICO, GRADO MEDICO, SUAVE, TRANSPARENTE, A PRUEBA DE OLORES, DRENABLE, EN FORMA DE BOTELLA DE 30 X 15 CM, ABIERTA EN SU PARTE MAS ANGOSTA, CON CUELLO, ANCHO 6 A 9 CM Y LARGO 3.0 A 6.2 CM, CON PINZA DE SEGURIDAD MECANISMO DE CIERRE, CON PROTECTOR DE PIEL INTEGRADO A BASE DE CARBOXIMETILCELULOSA SODICA CON ADHESIVO, CON GUIA RECORTABLE QUE PERMITA ABRIR ORIFICIO PARA EL ESTOMA A DIFERENTES MEDIDAS QUE VAN DE 25 A 60 MM. LA CARA INTERNA DE LA BOLSA DEBERA TENER UN PROTECTOR QUE EVITE LA IRRITACION DE LA PIEL.  | PZA    | 10   | PZA  | • INSPECCIÓN DE PRUEBA(S) DE FUNCIONALIDAD | 8  | FEUM 2014     | BOLSA Y EQUIPO PARA ILEOSTOMIA Y COLOSTOMÍA, Página(s): 515  |                                      |
| 15    | 060 | 125 | 0590 | 11  | 01  | BOLSAS PARA ILEOSTOMIA O COLOSTOMIA, EQUIPO COMPUERTO DE: CUATRO BOLSAS DE PLASTICO, GRADO MEDICO, SUAVE, TRANSPARENTE, A PRUEBA DE OLORES, DRENABLES, EN FORMA BOTELLA DE 30 X 15 CM, ABIERTA EN SU PARTE MAS ANGOSTA CON CUELLO, ANCHO 6 A 9 CM Y LARGO 3.0 A 6.2 CM CON SISTEMA DE ENSAMBLE HERMETICO PARA LA PLACA PROTECTORA Y QUE PERMITA INSERTAR UN CINTURON ELASTICO, CON PINZA DE SEGURIDAD O MECANISMO DE CIERRE, LA CARA INTERNA DE LA BOLSA DEBERA TENER UN PROTECTOR QUE EVITE LA IRRITACION DE LA PIEL CUATRO PLACAS PROTECTORAS DE LA PIEL A BASE DE CARBOXIMETILCELULOSA SODICA CON ADHESIVO Y SISTEMA DE ARO DE ENSAMBLE HERMETICO DE 55 A 70 MM DE DIAMETRO, CON ORIFICIO INICIAL PARA EL ESTOMA Y GUIA QUE PERMITA ABRIRLO DE 25 MM HASTA 60 MM, SEGUN EL DIAMETRO DEL ARO DEL ENSAMBLE CORRESPONDIENTE. | EQP    | 1    | EQP  | • INSPECCIÓN DE PRUEBA(S) DE FUNCIONALIDAD | 9  | FEUM 2014     | BOLSA Y EQUIPO PARA ILEOSTOMIA Y COLOSTOMÍA, Página(s): 515  |                                      |
| 16    | 060 | 125 | 1879 | 11  | 01  | BOLSAS PARA RECOLECCION DE ORINA. RECTANGULAR, ELABORADA A BASE DE CLORURO DE POLIVINILO CON GRADUACIONES CADA 100 ML Y LECTURA CADA 200 ML SISTEMA CERRADO. CAPACIDAD 2000 ML.  | PZA    | 1    | PZA  | • INSPECCIÓN DE PRUEBA(S) DE FUNCIONALIDAD | 15   | FEUM 2014     | BOLSA PARA RECOLECCIÓN DE ORINA, Página(s): 513  |                                      |
| 17    | 060 | 125 | 2505 | 11  | 01  | BOLSAS PARA USO GENERAL, DE POLIETILENO. MEDIDAS: 30 X 20 CM.  | ENV    | 100  | PZA  | INSPECCIÓN                                 | 2  | NMX-E-235     | NMX-E-235-CNCP-2009. Industria del plástico - Bolsas de polietileno para uso en aseo, aplicaciones generales, guarderías, así como nutrición y dietética, que se utilizan en el Sector Salud - Especificaciones y Métodos de Prueba. |                                      |
| 18    | 060 | 125 | 2653 | 13  | 01  | BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO. PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR, CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO; CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS. 7.5 X 23.0 X 4.0 CM.  | ENV    | 1000 | PZA  | INSPECCIÓN DE PRUEBA(S) DE FUNCIONALIDAD   | 2  | FEUM 2014     | BOLSAS PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR, Página(s): 529  |                                      |

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN**  
**COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO**  
**CLAVES CON MUESTRAS 2018**  
**Claves de Material de Curación y laboratorio que se evaluarán**

| CLAVE |     |     |      |           | PRESENTACIÓN REQUERIDA |   |      |      |                   | PRUEBAS A EVALUAR                         |                      |  |  |  | CANTIDAD DE MUESTRAS PARA EVALUACIÓN |  | REFERENCIA NORMATIVA | TÍTULO DE LA MONOGRAFÍA/ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | OBSERVACIONES |
|-------|-----|-----|------|-----------|------------------------|---|------|------|-------------------|---|----------------------|--|--|--|--------------------------------------|--|----------------------|--|---------------|
| NO.   | GPO | GEN | ESP  | DIF. VAR. | DESCRIPCION            | UNIDAD  | CANT | TIPO | PRUEBAS A EVALUAR | CANTIDAD DE MUESTRAS PARA EVALUACIÓN      | REFERENCIA NORMATIVA | TÍTULO DE LA MONOGRAFÍA/ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | OBSERVACIONES  |  |                                      |  |                      |  |               |
| 19    | 060 | 125 | 2679 | 13        | 01                     | BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO. PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO. CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS. DE 12.0 X 26.0 X 4.0 CM.   | ENV  | 1000 | PZA               | • INSPECCION DE PRUEBAS) DE FUNCIONALIDAD | 2                    | FEUM 2014                                      | BOLSAS PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. Pagina(s): 529  |  |                                      |  |                      |  |               |
| 20    | 060 | 125 | 2695 | 12        | 01                     | BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO. PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO. CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS: 14.0 X 33.0 X 4.5 CM (CON CARTERA INTEGRADA DE 25 X 30 CM).  | ENV  | 1000 | PZA               | • INSPECCION DE PRUEBAS) DE FUNCIONALIDAD | 2                    | FEUM 2014                                      | BOLSAS PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. Pagina(s): 529  |  |                                      |  |                      |  |               |
| 21    | 060 | 125 | 3545 | 12        | 01                     | BOLSAS PARA ALIMENTACION PARENTERAL PARA ADULTO DE 3 L ESTERIL ATOXICA. DE ETIL VINIL ACETATO. CON CAPSULA DE INECCION PARA MEDICAMENTOS CON CONEXION LUER LOCK PARA EL SISTEMA DE LLENADO. CON PINZA PARA SELLADO HERMETICO. CON ESCALA DE MEDICION CADA 100 ML. SISTEMA PARA LLENADO DE 3 VIAS CON CATETER LUER LOCK A LA BOLSA Y BAYONETAS A SUS EXTREMOS DISTALES Y CON UN FILTRO PARA ENTRADA DE AIRE EN CADA UNA DE LAS BAYONETAS Y PINZAS PARA INTERUPCION DE FLUIDO Y ASA PARA COLGAR.                    | PZA  | 1    | PZA               | INSPECCION                                | 8                    | FEUM 2014                                      | BOLSA PARA ALIMENTACION PARENTERAL. Pagina(s): 492   |  |                                      |  |                      |  |               |
| 22    | 060 | 125 | 3917 | 01        | 01                     | BOLSAS PARA ILEOSTOMIA Y COLOSTOMIA. TAMAÑO NEONATAL. AUTOADHERIBLE. DE PLASTICO. GRADO MEDICO. SUAVE TRANSPARENTE A PRUEBA DE OLOR, DRENABLE EN FORMA DE BOTELLA DE 21.5 X 8.6 CM CON PINZA DE SEGURIDAD MECANISMO DE CIERRE. CON PROTECTOR DE PIEL INTEGRADO A BASE DE CAROXYMETILCELULOSA SODICA CON ADHESIVO. CON GUIA RECORTABLE QUE PERMITE ABRIR ORIFICIO PARA EL ESTOMA A DIFERENTES MEDIDAS QUE VAN DE 6 A 40 MM. LA CARA INTERNA DE LA BOLSA DEBERA TENER PROTECTOR QUE EVITE LA IRRITACION DE LA PIEL. | PZA  | 1    | PZA               | INSPECCION                                | 50 piezas            | FEUM 2014                                      | BOLSA Y EQUIPO PARA ILEOSTOMIA Y COLOSTOMIA. Pagina(s): 515                                      |  |                                      |  |                      |  |               |
| 23    | 060 | 130 | 0015 | 13        | 01                     | BOTA QUIRURGICA DE TEJA NO TEJIDA. 100% DE POLIPROPILENO. TIPO SMS. DE 35 G/M CUADRADOS MINIMO. IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS. ANTISTATICA. CON DOS CINTAS DE SUJECION DESNECABLE.   | PAR  | 1    | PAR               | • INSPECCION DE PRUEBAS) DE FUNCIONALIDAD | 100 pares            | FEUM 2014                                      | BOTA QUIRURGICA. Pagina(s): 464  |  |                                      |  |                      |  |               |
| 24    | 060 | 132 | 0054 | 12        | 01                     | BRAZALETES PARA IDENTIFICACION. DE PLASTICO. ADULTO.  | ENV  | 100  | PZA               | • INSPECCION DE PRUEBAS) DE FUNCIONALIDAD | 3                    | NIMSS  | Norma IMSS. Brazaletes de plástico, para identificación, infantil o adulto (25 de marzo de 1990) |  |                                      |  |                      |  |               |
| 25    | 060 | 132 | 0203 | 12        | 01                     | BRAZALETES PARA IDENTIFICACION. DE PLASTICO INFANTIL.   | ENV  | 100  | PZA               | • INSPECCION DE PRUEBAS) DE FUNCIONALIDAD | 3                    | NIMSS  | Norma IMSS. Brazaletes de plástico, para identificación, infantil o adulto (25 de marzo de 1990) |  |                                      |  |                      |  |               |
| 26    | 060 | 166 | 0103 | 04        | 01                     | CATERES. PARA VENOCISTIS. DE FLUOROPOLIMEROS (POLITETRAFLUORETILENO, FLUORETILENPROPIENO Y ETILENTRIFLUORETILENO) O POLIURETANO. RADIOPACO. CON AGUA. LONGITUD: 17- 24 MM. CALIBRE: 24 G. *PARA LA ADQUISICION DE ESTAS CLAVES DEBERA ACATARSE EL MATERIAL ESPECIFICO QUE SOLICITE CADA INSTITUCION.  | ENV  | 50   | PZA               | • INSPECCION DE PRUEBAS) DE FUNCIONALIDAD | 3                    | FEUM 2014                                      | CATER INTRAVENOSO PERIFERICO PARA VENOCISTIS. Pagina(s): 578                                     |  |                                      |  |                      |  |               |
| 27    | 060 | 166 | 0236 | 03        | 01                     | TUBOS ENDOTRAQUEALES. SIN GLOBO. DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE. GRADUADOS. CON MARCA RADIOPACA. ESTERILES Y DESNECABLES. DIAMETRO INTERNO. CALIBRE: 3.5 MM. 14 FR.  | PZA  | 1    | PZA               | INSPECCION                                | 15                   | FEUM 2014                                      | TUBO ENDOTRAQUEAL TIPO MURPHY CON Y SIN GLOBO. Pagina(s): 705                                    |  |                                      |  |                      |  |               |

# INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO

CLAVES CON MUESTRAS 2018

Claves de Material de Curación y laboratorio que se evaluarán

| CLAVE |     |     |      |           | PRESENTACIÓN REQUERIDA |   |      |      | PRUEBAS A EVALUAR | CANTIDAD DE MUESTRAS PARA EVALUACIÓN | REFERENCIA NORMATIVA | TÍTULO DE LA MONOGRAFÍA/ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | OBSERVACIONES   |  |
|-------|-----|-----|------|-----------|------------------------|---|------|------|-------------------|--------------------------------------|----------------------|--|---|--|
| NO.   | GPO | GEN | ESP  | DIF. VAR. | DESCRIPCIÓN            | UNIDAD  | CANT | TIPO |                   |                                      |                      |  |   |  |
| 28    | 060 | 166 | 1903 | 03        | 01                     | CATETERES VENOSO CENTRAL, CALIBRE 4 FR LONGITUD 13 CM, DE POLIURETANO O SILICON, RADIOPACO, CON DOS LUMENES INTERNOS DE 22 G, CON PUNTA FLEXIBLE, CON AGUJA CALIBRE 21 G, CON CATETER INTRODUTOR CALIBRE 22 G, SOBRE UNA AGUJA CALIBRE 25 G, CON GUÍA DE ALAMBRE DE 0.46 MM DE DIAMETRO Y 45 CM DE LONGITUD Y PUNTA EN "J", CON UN DILATADOR VENOSO, UNA JERINGA DE 5 ML Y DOS CAPSULAS DE INYECCION LUER-LOCK. ESTERIL Y DESECHABLE. EL CATETER INTRODUTOR ES OPCIONAL; LAS UNIDADES MEDICAS DETERMINARAN SU REQUERIMIENTO Y ADQUISICION DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS.  | PZA  | 1    | PZA               | INSPECCIÓN                           | 8                    | FEUM 2014                                      | CATETER PEDIÁTRICO PARA CATETERISMO VENOSOS CENTRAL CON EQUIPO DE INSERCIÓN POR TÉCNICA SELDINGER, Página(s): 585 |  |
| 29    | 060 | 166 | 1911 | 03        | 01                     | CATETER VENOSO CENTRAL, CALIBRE 5 FR Y 13 CM DE LONGITUD, DE POLIURETANO O SILICON, RADIOPACO, ESTERIL Y DESECHABLE, CON DOS LUMENES INTERNOS, CALIBRES 18 G Y 20 G, CON PUNTA FLEXIBLE, CON AGUJA CALIBRE 20 G, CON CATETER INTRODUTOR CALIBRE 20 G, SOBRE UNA AGUJA CALIBRE 22 G, CON GUÍA DE ALAMBRE DE 0.53 MM DE DIAMETRO Y 45 CM DE LONGITUD Y PUNTA EN "J" CON UN DILATADOR VENOSO, UNA JERINGA DE 5 CC DOS CAPSULAS DE INYECCION LUER LOCK. EL CATETER INTRODUTOR ES OPCIONAL; LAS UNIDADES MEDICAS DETERMINARAN SU REQUERIMIENTO Y ADQUISICION DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS.  | PZA  | 1    | PZA               | INSPECCIÓN                           | 8                    | FEUM 2014                                      | CATETER PEDIÁTRICO PARA CATETERISMO VENOSOS CENTRAL CON EQUIPO DE INSERCIÓN POR TÉCNICA SELDINGER, Página(s): 585 |  |
| 30    | 060 | 167 | 5010 | 11        | 01                     | CATETERES PARA SUMINISTRO DE OXIGENO, CON TUBO DE CONEXION Y CANULA NASAL DE PLASTICO, CON DIAMETRO INTERNO DE 2 MM. LONGITUD. 180 CM.  | PZA  | 1    | PZA               | INSPECCIÓN                           | 8                    | FEUM 2014                                      | CATETER PARA SUMINISTRO DE OXIGENO, Página(s): 592  |  |
| 31    | 060 | 167 | 6653 | 12        | 01                     | CATETERES PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, CALIBRE 7 FR X 20 CM DE LONGITUD, DE POLIURETANO O SILICON, PUNTA FLEXIBLE, RADIOPACO, CON DOS LUMENES INTERNOS, DISTAL CALIBRE 16 G O 18 G Y PROXIMAL CALIBRE 14 G O 16 G O 18 G, DISPOSITIVO DE FIACION AJUSTABLE CON MINIMO UNA CAPSULA DE INYECCION Y EQUIPO DE COLOCACION QUE CONTIENE JERINGA CON CAPACIDAD MINIMA DE 5 CC, AGUJA CALIBRE 18 G DE 6.35 CM A 7.20 CM DE LONGITUD, GUÍA DE ALAMBRE DE 45 CM A 70 CM CON PUNTA FLEXIBLE EN "J", CONTENIDA EN FUNDA DE PLASTICO CON DISPENSADOR, DILATADOR VASCULAR Y SISTEMA PARA EVITAR LA EXTRAVASACION DE SANGRE. ESTERIL Y DESECHABLE. * EN LA ADQUISICION DE ESTA CLAVE DEBERA ACATARSE, EL MATERIAL ESPECIFICO QUE SOLICITE CADA INSTITUCION. | PZA  | 1    | PZA               | INSPECCIÓN                           | 8                    | FEUM 2014                                      | CATETER PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL CON EQUIPO DE INSERCIÓN POR TÉCNICA SELDINGER, ADULTO, Página(s): 581     |  |

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN**  
**COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO**  
**CLAVES CON MUESTRAS 2018**  
**Claves de Material de Curación y laboratorio que se evaluarán**

| CLAVE |     |     |      |          | PRESENTACIÓN REQUERIDA |  |      |      |                   | TÍTULO DE LA MONOGRAFÍA/ESPECIFICACIÓN TÉCNICA |                      |           |   |  | OBSERVACIONES |
|-------|-----|-----|------|----------|------------------------|--|------|------|-------------------|--|----------------------|-----------|---|--|---------------|
| NO.   | GPO | GEN | ESP  | DIF. VAR | DESCRIPCION            | UNIDAD   | CANT | TIPO | PRUEBAS A EVALUAR | CANTIDAD DE MUESTRAS PARA EVALUACIÓN           | REFERENCIA NORMATIVA |           |   |  |               |
| 32    | 060 | 167 | 6661 | 12       | 01                     | CATERETES PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, CALIBRE 7 FR X 20 CM DE LONGITUD, DE POLIURETANO O SILICON, PUNTA FLEXIBLE, RADIOPACO, CON TRES LUMENES INTERNOS, DISTAL, CALIBRE 16 G, MEDIO CALIBRE 18 G Y PROXIMAL CALIBRE 18 G, DISPOSITIVO DE FIJACION AJUSTABLE CON MINIMO DOS CAPSULAS DE INYECCION Y EQUIPO DE COLOCACION QUE CONTIENE: JERINGA CON CAPACIDAD MINIMA DE 5 CC, AGUJA CALIBRE 17 G O 18 G DE 6.35 CM A 7.20 CM DE LONGITUD, GUIA DE ALMABRE DE 45 CM A 70 CM, CON PUNTA FLEXIBLE EN "J", CONTENIDA EN FUNDA DE PLASTICO CON DISPENSADOR, DILATADOR VASCULAR Y SISTEMA PARA EVITAR LA EXTRAVASACION DE SANGRE, ESTERIL Y DESECHABLE. * EN LA ADQUISICION DE ESTA CLAVE DEBERA ACATARSE EL MATERIAL ESPECIFICO QUE SOLICITE CADA INSTITUCION. | PZA  | 1    | PZA               | INSPECCION                                     | 8                    | FEUM 2014 | CATERET PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL CON EQUIPO DE INSERCIÓN POR TÉCNICA SELDINGER, ADULTO, Página(s): 581 |  |               |
| 33    | 060 | 167 | 8089 | 12       | 01                     | SONDAS PARA ALIMENTACION, DE PLASTICO TRANSPARENTE, ESTERIL, DESECHABLE, CON UN ORIFICIO EN EL EXTREMO PROXIMAL Y OTRO EN LOS PRIMEROS 2 CM, TAMAÑO, INFANTIL LONGITUD. 38.5 CM, CALIBRE 8 FR.   | PZA  | 1    | PZA               | INSPECCION                                     | 15                   | FEUM 2014 | SONDAS PARA ALIMENTACION, Página(s): 697  |  |               |
| 34    | 060 | 168 | 3311 | 11       | 01                     | SONDAS PARA DRENAJE URINARIO, DE LATEX, CON GLOBO DE AUTORETENCION DE 3 ML, CON VALVULA PARA JERINGA, ESTERIL Y DESECHABLE, TIPO: FOLEY DE DORSAL, CALIBRE 8 FR.   | PZA  | 1    | PZA               | * INSPECCION DE FUNCIONALIDAD                  | 30                   | FEUM 2014 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO MODELO FOLEY, Página(s): 686  |  |               |
| 35    | 060 | 168 | 4277 | 11       | 01                     | SONDAS GASTROINTESTINALES, DESECHABLES Y CON MARCA OPACA A LOS RAYOS X, TIPO: LEVIN CALIBRE 12 FR.   | PZA  | 1    | PZA               | INSPECCION                                     | 15                   | FEUM 2014 | SONDA GASTROINTESTINAL TIPO LEVIN, Página(s): 682   |  |               |
| 36    | 060 | 168 | 6629 | 13       | 01                     | CATERETES, PARA VENOCCLIS, DE FLUOROPOLIMEROS (POLITETRAFLUORETILENO, FLUORETILENPROPILENO Y ETILTRIFLUORETILENO) O POLIURETANO, RADIOPACO, CON AGUA, LONGITUD: 46-52 MM, CALIBRE: 16 G. *PARA LA ADQUISICION DE ESTAS CLAVES DEBERA ACATARSE EL MATERIAL ESPECIFICO QUE SOLICITE CADA INSTITUCION.  | ENV  | 50   | PZA               | * INSPECCION DE FUNCIONALIDAD                  | 3                    | FEUM 2014 | CATERET INTRAVENOSO PERIFERICO PARA VENOCCLIS, Página(s): 578   |  |               |
| 37    | 060 | 168 | 6645 | 13       | 01                     | CATERETES, PARA VENOCCLIS, DE FLUOROPOLIMEROS (POLITETRAFLUORETILENO, FLUORETILENPROPILENO Y ETILTRIFLUORETILENO) O POLIURETANO, RADIOPACO, CON AGUA, LONGITUD: 28-34 MM, CALIBRE: 18 G. *PARA LA ADQUISICION DE ESTAS CLAVES DEBERA ACATARSE EL MATERIAL ESPECIFICO QUE SOLICITE CADA INSTITUCION.  | ENV  | 50   | PZA               | * INSPECCION DE FUNCIONALIDAD                  | 3                    | FEUM 2014 | CATERET INTRAVENOSO PERIFERICO PARA VENOCCLIS, Página(s): 578   |  |               |
| 38    | 060 | 168 | 9243 | 11       | 01                     | SONDAS PARA ALIMENTACION, DE PLASTICO TRANSPARENTE, ESTERIL, DESECHABLE, CON UN ORIFICIO EN EL EXTREMO PROXIMAL Y OTRO EN LOS PRIMEROS 2 CM, TAMAÑO, PREMATRUCOS LONGITUD. 38.5 CM, CALIBRE 5 FR.  | PZA  | 1    | PZA               | INSPECCION                                     | 15                   | FEUM 2014 | SONDAS PARA ALIMENTACION, Página(s): 697  |  |               |
| 39    | 060 | 168 | 9482 | 12       | 01                     | SONDAS PARA DRENAJE URINARIO, DE LATEX, CON GLOBO DE AUTORETENCION, DE 3 ML, CON VALVULA PARA JERINGA, ESTERIL Y DESECHABLE, TIPO: FOLEY DE DORSAL, CALIBRE 8 FR.  | PZA  | 1    | PZA               | * INSPECCION DE FUNCIONALIDAD                  | 15                   | FEUM 2014 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO MODELO FOLEY, Página(s): 686  |  |               |
| 40    | 060 | 189 | 0304 | 11       | 01                     | CEPILLOS PARA USO QUIRURGICO, DE PLASTICO, DE FORMA RECTANGULAR, CON DOS AGARRADERAS LATERALES, SIMÉTRICAS Y CERDAS DE NYLON.  | PZA  | 1    | PZA               | INSPECCION                                     | 15                   | FEUM 2014 | CEPILLO PARA USO QUIRURGICO, Página(s): 489   |  |               |

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO

CLAVES CON MUESTRAS 2018

Claves de Material de Curación y laboratorio que se evaluarán

| CLAVE |     |     |      |     | PRESENTACIÓN REQUERIDA |   |        |      |      | PRUEBAS A EVALUAR  | CANTIDAD DE MUESTRAS PARA EVALUACIÓN | REFERENCIA NORMATIVA | TÍTULO DE LA MONOGRAFÍA/ESPECIFICACIÓN TÉCNICA  | OBSERVACIONES |
|-------|-----|-----|------|-----|------------------------|---|--------|------|------|--|--------------------------------------|----------------------|---|---------------|
| NO.   | GPO | GEN | ESP  | DIF | VAR                    | DESCRIPCIÓN   | UNIDAD | CANT | TIPO |  |                                      |                      |   |               |
| 41    | 060 | 203 | 0207 | 11  | 01                     | CINTAS TESTIGO DE 18 MM. DE ANCHO X 50 M. DE LARGO PARA ESTERILIZACIÓN EN VAPOR A PRESIÓN.  | RLL    | 1    | RLL  | • INSPECCIÓN DE PRUEBA(S)<br>• INSPECCIÓN DE FUNCIONALIDAD             | 15                                   | ETIMSS               | Norma IMSS. Cinta testigo para esterilización en vapor a presión (ABRIL 1986)   |               |
| 42    | 060 | 203 | 0363 | 11  | 01                     | CINTAS PARA USO QUIRÚRGICO MICROPOROSA, DE TELA NO TEJIDA UNIDIRECCIONAL, DE COLOR BLANCO, CON RECUBRIMIENTO ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD 10.M. ANCHO 5.00.CM.  | CJA    | 6    | RLL  | • INSPECCIÓN DE PRUEBA(S)<br>• INSPECCIÓN DE FUNCIONALIDAD             | 5                                    | NIMSS                | Norma IMSS. Cinta para uso quirúrgico, microporosa, de tela no tejida unidireccional, de color blanco, con recubrimiento adhesivo en una de sus caras (14/ABR/96) |               |
| 43    | 060 | 308 | 0151 | 01  | 01                     | DISPOSITIVOS INTRAUTERINO. CU 3/75. CORTO. ANTICONCEPTIVO DE POLIETILENO ESTÉRIL CON 375 MM2, DE COBRE, CON BRAZOS LATERALES, CURVADOS Y FLEXIBLES, CON 5 MÓDULOS DE RETENCIÓN CADA UNO, QUE LE DAN UN ANCHO TOTAL DE 16 A 20.5 MM. FILAMENTO DE 20 A 25 CM DE LONGITUD. CON TUBO INSERTOR CON TOPE CERVICAL.   | PZA    | 1    | PZA  | INSPECCIÓN   | 20                                   | FEUM 2015            | DISPOSITIVO INTRAUTERINO MODELO CU 375, Página(s): 385  |               |
| 44    | 060 | 308 | 0169 | 01  | 01                     | DISPOSITIVOS INTRAUTERINO. CU 3/75. ESTANDAR. ANTICONCEPTIVO DE POLIETILENO ESTÉRIL CON 375 MM2, DE COBRE, CON BRAZOS LATERALES, CURVADOS Y FLEXIBLES, CON 5 MÓDULOS DE RETENCIÓN CADA UNO QUE LE DA UN ANCHO TOTAL DE 16 A 20.5 MM. FILAMENTO DE 20 CM A 25 CM DE LONGITUD, CON TUBO INSERTOR CON TOPE CERVICAL.   | PZA    | 1    | PZA  | INSPECCIÓN   | 20                                   | FEUM 2015            | DISPOSITIVO INTRAUTERINO MODELO CU 375, Página(s): 385  |               |
| 45    | 060 | 308 | 0193 | 02  | 01                     | DISPOSITIVOS. DISPOSITIVOS INTRAUTERINO. T. DE COBRE, PARA NULIPARAS. ESTÉRIL CON 380 MM2 DE COBRE ENROLLADO CON BORDES REDONDOS, CON LONGITUD HORIZONTAL DE 22.20 A 23.20 MM, LONGITUD VERTICAL DE 28.0 A 30.0 MM, FILAMENTO DE 20 A 25 CM, BASTIDOR CON UNA MEZCLA DEL 77 AL 85% DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO Y DEL 15 AL 23% DE SULFATO DE BARIO, CON TUBO INSERTOR Y APLICADOR MONTABLE CON TOPE CERVICAL.  | PZA    | 1    | PZA  | • INSPECCIÓN DE PRUEBA(S)<br>• INSPECCIÓN DE FUNCIONALIDAD (INSERCIÓN) | 20                                   | FEUM 2015            | DISPOSITIVO INTRAUTERINO "T" DE COBRE MODELO 380. Página(s): 382  |               |
| 46    | 060 | 345 | 0503 | 11  | 01                     | EQUIPOS PARA APLICACIÓN DE VOLUMENES MEDIDOS, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ESTÉRIL, DESECHABLE, CONSTA DE : BAYONETA, FILTRO DE AIRE, CAMARA BURETA FLEXIBLE CON UNA CAPACIDAD DE 100 ML Y ESCALA GRADUADA DE MILIMETROS, CAMARA DE GOTEO FLEXIBLE, MICROGOTERO, TUBO TRANSPORTADOR, MECANISMO DE REGULADOR DE FLUIDO, DISPOSITIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS, OBTURADOR DEL TUBO TRANSPORTADOR, ADAPTADOR DE AGUJA, PROTECTOR DE LA BAYONETA Y PROTECTOR DEL ADAPTADOR. | EQP    | 1    | EQP  | • INSPECCIÓN DE PRUEBA(S)<br>• INSPECCIÓN DE FUNCIONALIDAD             | 15                                   | FEUM 2014            | EQUIPO DE INFUSIÓN PARA APLICACIÓN DE VOLUMENES MEDIDOS. Página(s): 635   |               |
| 47    | 060 | 345 | 1329 | 11  | 01                     | EQUIPOS PARA ALIMENTACIÓN ENTERAL, DE CLORO DE POLIUNILLO (PVC), CAPACIDAD 1 500 ML, CONSTA DE: BOLSA CON ASA U ORIFICIO PARA COLGARSE Y UNA ABERTURA CON UN DISPOSITIVO QUE PERMITA LLENARLA Y OBTURARLA, GRADUACIONES CADA 100 ML, CAMARA Y TUBO DE CONEXIÓN INTEGRADOS CON DISPOSITIVO CONTROLADOR DE FLUIDO Y OBTURADOR, CONECTOR Y PROTECTOR DEL CONECTOR.   | EQP    | 1    | EQP  | INSPECCIÓN   | 15                                   | FEUM 2014            | EQUIPO PARA ALIMENTACIÓN ENTERAL. Página(s): 495  |               |
| 48    | 060 | 345 | 1378 | 12  | 01                     | EQUIPOS PARA VENOCCLISIS EN FORMA DE MARIPOSA (PEDIÁTRICO) DE PLÁSTICO. ESTÉRIL DESECHABLE. CONSTA DE: TUBO, ADAPTADOR Y MARIPOSA. CALIBRE DE LA AGUJA. 21 G.   | EQP    | 1    | EQP  | • INSPECCIÓN DE PRUEBA(S)<br>• INSPECCIÓN DE FUNCIONALIDAD             | 15                                   | FEUM 2014            | EQUIPO PARA VENOCCLISIS EN FORMA DE MARIPOSA, PEDIÁTRICO. Página(s): 639  |               |

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN**  
**COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO**  
**CLAVES CON MUESTRAS 2018**  
**Claves de Material de Curación y Laboratorio que se evaluarán**

| CLAVE |     |     |      |     | PRESENTACIÓN REQUERIDA |  |        |      |      | PRUEBAS A EVALUAR                          | CANTIDAD DE MUESTRAS PARA EVALUACIÓN | REFERENCIA NORMATIVA | TÍTULO DE LA MONOGRAFÍA/ESPECIFICACIÓN TÉCNICA  | OBSERVACIONES |
|-------|-----|-----|------|-----|------------------------|--|--------|------|------|--|--------------------------------------|----------------------|---|---------------|
| NO.   | GPO | GEN | ESP  | DIF | VAR                    | DESCRIPCION  | UNIDAD | CANT | TIPO |  |                                      |                      |   |               |
| 49    | 060 | 345 | 2152 | 07  | 01                     | EQUIPOS. BASICO PARA BLOQUEO EPIDURAL, CONTIENE: AGUA TIPO TUOHY, CALIBRE 16 O 17G, LONGITUD DE 75 A 91 MM, CON ADAPTADOR LUER LOCK, HEMBRA Y MANDRIL PLASTICO CON BOTON INDICADOR DE ORIENTACION DEL BISEL, CON O SIN ORIFICIO EN LA PARTE CURVA DEL BISEL. - CATETER EPIDURAL CON ADAPTADOR GUIA, CALIBRE 18 O 19G, DE MATERIAL PLASTICO FLEXIBLE, RADIOFACO, RESISTENTE A ACODADURAS, CON MARCAS INDELEBLES CM A CM INICIANDO A PARTIR DE 4.8 A 5.5 CM DEL PRIMER ORIFICIO PROXIMAL, HASTA 20 CM, CON PUNTA ROMA SIN ORIFICIO, CON BORDES UNIFORMEMENTE REDONDEADOS, CON ORIFICIOS LATERALES DISTRIBUIDOS EN FORMA DE ESPIRAL EN 1.5 CM A PARTIR DE LA PUNTA DEL EXTREMO PROXIMAL Y CON LONGITUD DE 900 A 1050 MM.- SUETADOR FILTRANTE DE 0.2 MICRAS O SUETADOR PARA CATETER Y FILTRO ANTIBACTERIANO DE 0.2 MICRAS; CON CONECTOR LUER LOCK, HEMBRA, CON TAPON QUE PERMITA LA UNION ENTRE EL CATETER EPIDURAL Y LA JERINGA O EL FILTRO ANTIBACTERIANO. - JERINGA DE PLASTICO, DE 7 A 10 ML, CON PIVOTE LUER MACHO Y CUERPO SILICONIZADO, PARA TECNICA DE PERDIDA DE RESISTENCIA, ESTERIL Y DESECHABLE. | EQP    | 1    | EQP  | INSPECCION                                 | 8                                    | FEUM 2014            | EQUIPO BASICO PARA BLOQUEO EPIDURAL. Pagina(s): 626   |               |
| 50    | 060 | 436 | 0057 | 13  | 01                     | GASAS. SECA, CORTADA, DE ALGODON 100%. TEJIDA, DOBLADA EN 12 CAPAS, NO ESTERIL, TIPO DE TEJIDO VIL, DE 20 X 12. TITULO DE HILO DE 28 A 32 M/G TANTO EN URDIMBRE COMO EN TRAMA, PESO MINIMO POR M2 19G/M2. LARGO: 7.5 CM. ANCHO: 5 CM. AREA: 432 CM2.   | ENV    | 200  | PZA  | INSPECCION                                 | 2                                    | FEUM 2014            | GASA. Pagina(s): 459  |               |
| 51    | 060 | 436 | 0107 | 13  | 01                     | GASAS. SECA, CORTADA, DE ALGODON 100%. TEJIDA, DOBLADA EN 12 CAPAS, NO ESTERIL, TIPO DE TEJIDO VIL, DE 20 X 12. TITULO DE HILO DE 28 A 32 M/G TANTO EN URDIMBRE COMO EN TRAMA, PESO MINIMO POR M2 19G/M2. LARGO: 10 CM. ANCHO: 10 CM. AREA: 1152 CM2.  | ENV    | 200  | PZA  | INSPECCION                                 | 2                                    | FEUM 2014            | GASA. Pagina(s): 459  |               |
| 52    | 060 | 436 | 0552 | 11  | 01                     | GASAS. SECA, CORTADA, DE ALGODON CON MARCA OPACA A LOS RAYOS X, LARGO: 10 CM ANCHO: 10 CM.   | PQT    | 200  | PZA  | INSPECCION                                 | 2                                    | FEUM 2014            | GASA. Pagina(s): 459  |               |
| 53    | 060 | 439 | 0054 | 13  | 01                     | GORRO REDONDO CON ELASTICO AJUSTABLE AL CONTORNO DE LA CARA, DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, DESECHABLE, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS; ANTISTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION, TAMAÑO CHICO.  | PZA    | 1    | PZA  | • INSPECCION DE PRUEBA(S) DE FUNCIONALIDAD | 300 piezas                           | ETIM55               | ETIM55. Gorro redondo con elastico ajustable al contorno de la cara, de tela no tejida de polipropileno, desechable, impermeable a la penetración de líquidos y fluidos; antiestática y resistente a la tensión. Tamaños: chico, mediano y grande. Desechable. (13-07-11) |               |
| 54    | 060 | 456 | 0037 | 11  | 01                     | GUANTES PARA EXPLORACION, AMBIDIESTRO, ESTERILES, DE POLETILENO, DESECHABLE, TAMAÑOS: MEDIANO.   | CIA    | 100  | PZA  | INSPECCION                                 | 2                                    | FEUM 2014            | GUANTE PARA EXPLORACION DE POLETILENO, ESTÉRIL, DESECHABLE Y AMBIDIESTRO. Pagina(s): 471  |               |
| 55    | 060 | 456 | 0045 | 11  | 01                     | GUANTES PARA EXPLORACION, AMBIDIESTRO, ESTERILES, DE POLETILENO, DESECHABLE, TAMAÑOS: GRANDE.  | CIA    | 100  | PZA  | INSPECCION                                 | 2                                    | FEUM 2014            | GUANTE PARA EXPLORACION DE POLETILENO, ESTÉRIL, DESECHABLE Y AMBIDIESTRO. Pagina(s): 471  |               |
| 56    | 060 | 456 | 0334 | 02  | 01                     | GUANTES PARA CIRUGIA, DE LA-TEX NATURAL, ESTÉRILES Y DESCARGABLES, TALLA 7 1/2.  | PAR    | 1    | PAR  | INSPECCION                                 | 200 pares                            | FEUM 2015            | GUANTES PARA CIRUGIA DE HULE LÁTEX NATURAL. Pagina(s): 390  |               |
| 57    | 060 | 461 | 0154 | 12  | 01                     | GUATAS DE TELA NO TEJIDA, DE ALGODON 100% O MEZCLAS DE FIBRAS DE ALGODON Y FIBRAS ARTIFICIALES Y/O SINTETICAS, LONGITUD 5 M, ANCHO: 10 CM.   | ENV    | 24   | PZA  | INSPECCION                                 | 2                                    | NMX-A-293            | NMX-A-293-INNTEX-2010 Guía quirúrgica   |               |



# INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO

CLAVES CON MUESTRAS 2018

Claves de Material de Curación y laboratorio que se evaluarán

| CLAVE |     |     |      |     | PRESENTACIÓN REQUERIDA |  |        |      |      | REFERENCIA NORMATIVA                       | CANTIDAD DE MUESTRAS PARA EVALUACIÓN | TÍTULO DE LA MONOGRAFÍA/ESPECIFICACIÓN TÉCNICA  | OBSERVACIONES |
|-------|-----|-----|------|-----|------------------------|--|--------|------|------|--|--------------------------------------|---|---------------|
| NO.   | GPO | GEN | ESP  | DIF | VAR                    | DESCRIPCIÓN  | UNIDAD | CANT | TIPO |  |                                      |   |               |
| 58    | 060 | 461 | 0162 | 12  | 01                     | GUATAS, DE TELA NO TEJIDA, DE ALGODÓN 100% O MEZCLAS DE FIBRAS DE ALGODÓN Y FIBRAS ARTIFICIALES Y/O SINTÉTICAS. LONGITUD 5 M. ANCHO: 15 CM.  | ENV    | 24   | PZA  | INSPECCIÓN                                 | 2                                    | NMX-A-293-INNITEX-2010 Guata quirúrgica   |               |
| 59    | 060 | 532 | 0084 | 11  | 01                     | EQUIPOS PARA VENOCLISIS, SIN AGUJA MICROGOTERO, ESTERILES, DESECHABLES.  | EQP    | 1    | EQP  | • INSPECCIÓN DE PRUEBA(S) DE FUNCIONALIDAD | 15                                   | EQUIPO DE INFUSIÓN POR GRAVEDAD. Página(s): 642   |               |
| 60    | 060 | 532 | 0167 | 11  | 01                     | EQUIPOS PARA VENOCLISIS, SIN AGUJA MICROGOTERO, ESTERILES, DESECHABLES.  | EQP    | 1    | EQP  | • INSPECCIÓN DE PRUEBA(S) DE FUNCIONALIDAD | 15                                   | EQUIPO DE INFUSIÓN POR GRAVEDAD. Página(s): 642   |               |
| 61    | 060 | 543 | 0115 | 11  | 01                     | JALEAS LUBRICANTES, ASEPTICAS.   | ENV    | 135  | GRO  | INSPECCIÓN                                 | 3                                    | JALEA LUBRICANTE ASEPTICA. Página(s): 378   |               |
| 62    | 060 | 550 | 0354 | 11  | 01                     | JERINGAS DE PLÁSTICO, ESTÉRIL Y DESECHABLE, CON PIVOTE TIPO LUER-LOCK, CAPACIDAD 10 ML. ESCALA GRADUADA EN ML. CON DIVISIONES DE 1.0 Y SUBDIVISIONES DE 0.2, CON AGUJA CALIBRE. 20 G Y LONGITUD 32 MM.   | CJA    | 100  | PZA  | INSPECCIÓN                                 | 2                                    | JERINGA HIPODÉRMICA DE PLÁSTICO, PARA USO MANUAL. Página(s): 659  |               |
| 63    | 060 | 550 | 2640 | 03  | 01                     | JERINGAS DE PLÁSTICO, PARA APLICAR DPT Y TOXOIDE TETANICO, CAPACIDAD 0.5 ML CON DOS AGUJAS. UNA CALIBRE 20 X 32 MM PARA CARGAR LA JERINGA CON EL BIOLÓGICO Y OTRA 22 X 32 MM PARA APLICAR LA VACUNA. CADA JERINGA CON LA LETYENDA "PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA SALUD DEL NIÑO" (SEGUN PROGRAMA VIGENTE). ESTÉRIL Y DESECHABLE. EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL Y GRADUACIÓN. CAJA CONTENEDORA CON 100 PIEZAS.   | CJA    | 100  | PZA  | INSPECCIÓN                                 | 2                                    | • AGUJAS HIPODÉRMICAS. Página(s): 563<br>• JERINGA HIPODÉRMICA DE PLÁSTICO, PARA USO MANUAL. Página(s): 659   |               |
| 64    | 060 | 598 | 0010 | 11  | 01                     | LLAVES DE CUATRO VÍAS, CON MARCAS INDICADORAS DEL SENTIDO EN EL QUE FLUYEN LAS SOLUCIONES Y POSICIÓN DE CERRADO, ADITAMENTO DE CIERRE LUER-LOCK (MOVIL) EN EL RAMAL DE LA LLAVE QUE SE CONECTA AL TUBO DE EXTENSION, TUBO DE EXTENSION REMOVIBLE DE PLÁSTICO, GRADO MÉDICO, LONGITUD 80 CM Y DIÁMETRO INTERNO 2.7 MM. MÍNIMO. CONECTOR LUER LOCK HEMBRA EN EL EXTREMO DEL TUBO QUE SE CONECTA CON LA LLAVE Y CONECTOR LUER MACHO EN EL EXTREMO PROXIMAL, CON ADITAMENTO DE CIERRE LUER-LOCK (MOVIL). | PZA    | 1    | PZA  | • INSPECCIÓN DE PRUEBA(S) DE FUNCIONALIDAD | 15                                   | LLAVE DE TRES O CUATRO VÍAS. Página(s): 680   |               |
| 65    | 060 | 740 | 0025 | 11  | 01                     | PROTECTORES DE PIEL, TINTURA DE BENJUI AL 20%.   | ENV    | 1000 | ML   | INSPECCIÓN                                 | 3                                    | NOM-002-SCFI-2011 - PRODUCTOS PREENVASADOS-CONTENIDO NETO-TOLERANCIAS Y MÉTODOS DE VERIFICACIÓN.<br>EP 2014.- EUROPEAN PHARMACOPEDIA 8.0<br>Norma IMSS. Rastrillos desechables con dientes de bordes romos y hoja de un filo (21-09-97) |               |
| 66    | 060 | 771 | 0050 | 11  | 01                     | RASTRILLOS CON DIENTES DE BORDES ROMOS Y HOJA DE UN FILO. DESECHABLES.   | PZA    | 1    | PZA  | INSPECCIÓN                                 | 15                                   | NOM-002 / EP 2014 - EUROPEAN PHARMACOPEDIA 8.0<br>NIMSS   |               |
| 67    | 060 | 819 | 0021 | 11  | 01                     | ACETONA. PARA USOS DIVERSOS.   | ENV    | 1000 | ML   | INSPECCIÓN                                 | 3                                    | FARMACOPEDIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - SUPLEMENTO, 2013.  |               |
| 68    | 060 | 841 | 0478 | 12  | 01                     | SUTURAS SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES MONOFILAMENTO DE NYLON CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 45 CM CALIBRE DE LA SUTURA. 3-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA. 3/8 DE CÍRCULO COBALTANTE 119-26-1MM.   | ENV    | 12   | PZA  | INSPECCIÓN                                 | 3                                    | SUTURAS QUIRÚRGICAS. Página(s): 711   |               |
| 69    | 060 | 841 | 0742 | 12  | 01                     | SUTURAS SEDA NEGRA TRENZADA SIN AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 75 CM CALIBRE DE LA SUTURA. 2-0 SOBRE CON 7-12 HEBRAS.  | ENV    | 12   | PZA  | INSPECCIÓN                                 | 3                                    | SUTURAS QUIRÚRGICAS. Página(s): 711   |               |
| 70    | 060 | 841 | 0833 | 12  | 01                     | SUTURAS SINTÉTICAS ABSORBIBLES. POLÍMERO DE ÁCIDO GLÚCOLICO. TRENZADO. CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 67 - 70 CM CALIBRE DE LA SUTURA 4-0. CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 DE CÍRCULO ABUSADA 175-26-1MM.   | ENV    | 12   | PZA  | INSPECCIÓN                                 | 3                                    | SUTURAS QUIRÚRGICAS. Página(s): 711   |               |



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN**  
**COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO**  
**CLAVES CON MUESTRAS 2018**  
**Claves de Material de Curación y laboratorio que se evaluarán**

| CLAVE |     |     |      |     | PRESENTACIÓN REQUERIDA   |        |      |      | PRUEBAS A EVALUAR                         |                                      | CANTIDAD DE MUESTRAS PARA EVALUACIÓN                       |  | REFERENCIA NORMATIVA |               | TÍTULO DE LA MONOGRAFÍA/ESPECIFICACIÓN TÉCNICA |  | OBSERVACIONES |  |
|-------|-----|-----|------|-----|--|--------|------|------|---|--------------------------------------|--|--|----------------------|---------------|--|--|---------------|--|
| NO.   | GEN | ESP | DIF  | VAR | DESCRIPCION  | UNIDAD | CANT | TIPO | PRUEBAS A EVALUAR                         | CANTIDAD DE MUESTRAS PARA EVALUACIÓN | REFERENCIA NORMATIVA                                       | TÍTULO DE LA MONOGRAFÍA/ESPECIFICACIÓN TÉCNICA   |                      | OBSERVACIONES |  |  |               |  |
| 71    | 060 | 841 | 0858 | 12  | 01 SUTURAS SINTÉTICAS ABSORBIBLES, POLÍMERO DE ÁCIDO GLÚCICO, TRENZADO, CON AGUA, LONGITUD DE LA HEBRA 67 - 70 CM CALIBRE DE LA SUTURA 3-0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUA 1/2 DE CIRCUITO AHUSADA 125-26 MM | ENV    | 12   | PZA  | INSPECCION                                | 3                                    | FEUM 2014  | SUTURAS QUIRURGICAS. Pagina(s): 711  |                      |               |  |  |               |  |
| 72    | 060 | 841 | 2441 | 11  | 01 SUTURAS SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE NYLON, CON AGUA DE 1/2 CIRCUITO, PUNTA ESPATULADA DOBLE ARMADO (6 MM), CALIBRE 10-0 LONGITUD DE LA HEBRA 30 - 45 CM                               | ENV    | 12   | PZA  | INSPECCION                                | 3                                    | FEUM 2014  | SUTURAS QUIRURGICAS. Pagina(s): 711  |                      |               |  |  |               |  |
| 73    | 060 | 841 | 4371 | 12  | 01 SUTURAS CATGUT CRÓMICO CON AGUA, LONGITUD DE LA HEBRA 68 - 75 CM CALIBRE DE LA SUTURA 2-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUA 1/2 CIRCUITO, AHUSADA 125 - 27 MM  | ENV    | 12   | PZA  | INSPECCION                                | 3                                    | FEUM 2014  | SUTURAS QUIRURGICAS. Pagina(s): 711  |                      |               |  |  |               |  |
| 74    | 060 | 869 | 0152 | 12  | 01 TELAS ADHESIVAS DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS, LONGITUD 10 M ANCHO. 2.50 CM.  | ENV    | 12   | PZA  | • INSPECCION DE PRUEBAS) DE FUNCIONALIDAD | 3                                    | FEUM 2014  | TELAS ADHESIVAS DE ACETATO. Pagina(s): 483   |                      |               |  |  |               |  |
| 75    | 060 | 869 | 0202 | 11  | 01 TELAS ADHESIVAS DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS, LONGITUD 10 M ANCHO 5.00 CM.   | ENV    | 6    | PZA  | • INSPECCION DE PRUEBAS) DE FUNCIONALIDAD | 4                                    | FEUM 2014  | TELAS ADHESIVAS DE ACETATO. Pagina(s): 483   |                      |               |  |  |               |  |
| 76    | 060 | 869 | 0251 | 11  | 01 TELAS ADHESIVAS DE ACETATO, CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS LONGITUD 10 M ANCHO 7.50 CM.   | ENV    | 4    | PZA  | • INSPECCION DE PRUEBAS) DE FUNCIONALIDAD | 6                                    | FEUM 2014  | TELAS ADHESIVAS DE ACETATO. Pagina(s): 483   |                      |               |  |  |               |  |
| 77    | 060 | 879 | 0143 | 11  | 01 TERMOMETROS CLINICO, DE VIDRIO TRANSPARENTE, CON MERCURIO QUIMICAMENTE PURO, ESCALA GRADUADA EN GRADOS CENTIGRADOS (35.56 C A 41.6 C) CON SUBDIVISIONES EN DECIMAS DE GRADO.                          | PZA    | 1    | PZA  | INSPECCION                                | 20 piezas                            | FEUM 2014  | TERMOMETRO CLINICO. Pagina(s): 814   |                      |               |  |  |               |  |
| 78    | 060 | 894 | 0052 | 13  | 01 TOALLAS PARA GINECO-OBSTETRICIA, RECTANGULARES, CONSTITUIDAS POR CUATRO CAPAS DE MATERIAL ABSORBENTE, DESECHABLES.  | ENV    | 100  | PZA  | INSPECCION                                | 2                                    | Norma IMSS   | Norma IMSS. Toallas para gineco-obstetricia (6 DE AGOSTO DE 1989)  |                      |               |  |  |               |  |
| 79    | 060 | 953 | 0092 | 11  | 01 VENDA ELASTICA ADHESIVA, DE ALGODON Y FIBRA SINTETICA, CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS LONGITUD 2.7 MANCHO 10.0 CM.  | PZA    | 1    | PZA  | INSPECCION                                | 10                                   | NIMSS  | Norma IMSS. Vendas elasticas adhesivas (14 DE OCTUBRE DE 1987)   |                      |               |  |  |               |  |
| 80    | 060 | 953 | 0555 | 11  | 01 VENDAS ENYESADAS, DE GASA DE ALGODON, RECUBIERI ADE UNA CAPA UNIFORME DE YESO GRADO MEDICO, LONGITUD 2.75 M ANCHO 10 CM   | ENV    | 12   | PZA  | • INSPECCION DE PRUEBAS) DE FUNCIONALIDAD | 3                                    | MMX-A-289 QUIRURGICAS (CANCELA A LA MMX-A-289-1993-INNTEJ) | MMX-A-289-INNTEJ-2013. INDUSTRIA TEXTIL - VENDAS ENYESADAS QUIRURGICAS (CANCELA A LA MMX-A-289-1993-INNTEJ). |                      |               |  |  |               |  |
| 81    | 060 | 953 | 0571 | 11  | 01 VENDAS ENYESADAS, DE GASA DE ALGODON, RECUBIERIA DE UNA CAPA UNIFORME DE YESO GRADO MEDICO, LONGITUD 2.75 M ANCHO 15 CM.  | ENV    | 12   | PZA  | • INSPECCION DE PRUEBAS) DE FUNCIONALIDAD | 3                                    | MMX-A-289 QUIRURGICAS (CANCELA A LA MMX-A-289-1993-INNTEJ) | MMX-A-289-INNTEJ-2013. INDUSTRIA TEXTIL - VENDAS ENYESADAS QUIRURGICAS (CANCELA A LA MMX-A-289-1993-INNTEJ). |                      |               |  |  |               |  |
| 82    | 060 | 953 | 0597 | 11  | 01 VENDAS ENYESADAS, DE GASA DE ALGODON, RECUBIERIA DE UNA CAPA UNIFORME DE YESO GRADO MEDICO, LONGITUD 2.75 M ANCHO 20 CM.  | ENV    | 12   | PZA  | • INSPECCION DE PRUEBAS) DE FUNCIONALIDAD | 3                                    | MMX-A-289 QUIRURGICAS (CANCELA A LA MMX-A-289-1993-INNTEJ) | MMX-A-289-INNTEJ-2013. INDUSTRIA TEXTIL - VENDAS ENYESADAS QUIRURGICAS (CANCELA A LA MMX-A-289-1993-INNTEJ). |                      |               |  |  |               |  |
| 83    | 060 | 953 | 2825 | 12  | 01 VENDAS ELASTICA DE TEJIDO PLANO, DE ALGODON CON FIBRAS SINTETICAS LONGITUD 5 M ANCHO 30 CM.   | ENV    | 1    | PZA  | INSPECCION                                | 10 piezas                            | MMX-BB-110-SCFI-2002                                       | MMX-BB-110-SCFI-2002. Materiales para uso médico   |                      |               |  |  |               |  |

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO

CLAVES CON MUESTRAS 2018

Claves de Material de Curación y laboratorio que se evaluarán

| CLAVE |     |     |      |     |     | PRESENTACIÓN REQUERIDA   |        |      |      | REFERENCIA NORMATIVA   | TÍTULO DE LA MONOGRAFÍA/ESPECIFICACIÓN TÉCNICA  | OBSERVACIONES   |
|-------|-----|-----|------|-----|-----|--|--------|------|------|--|---|---|
| NO.   | GPO | GEN | ESP  | DIF | VAR | DESCRIPCIÓN  | UNIDAD | CANT | TIPO |  |   |   |
| 84**  | 080 | 229 | 0023 | 10  | 01  | COLORANTE DE WRIGHT PARA TEÑIR PROTIS DE SANGRE O MEDULA ÓSEA.   | FCO    | 1000 | ML   | DESCRIPCIÓN DEL CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL<br>ASPECTO<br>PRUEBA DE FUNCIONALIDAD (TÉCNICA DE WRIGHT: SANGRE PERIFÉRICA Y MÓDULA ÓSEA) | CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL<br>ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL FABRICANTE<br>ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL FABRICANTE | EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO Y LA METODOLOGÍA DE LAS PRUEBAS ESPECÍFICAS |
| 85**  | 080 | 229 | 0072 | 02  | 01  | VIOLETA DE GENCIANA (O DE CRISTAL) PARA LA TINCIÓN DE GRAM. TA.  | FCO    | 500  | ML   | DESCRIPCIÓN DEL CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL<br>ASPECTO<br>PRUEBA DE FUNCIONALIDAD (TÉCNICA DE GRAM)                                    | CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL<br>ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL FABRICANTE<br>ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL FABRICANTE | EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO Y LA METODOLOGÍA DE LAS PRUEBAS ESPECÍFICAS |
| 86**  | 080 | 229 | 0080 | 10  | 01  | AZUL DE METILENO DE LOEFFLER/COLORANTE DE CONTRASTE PARA BACILOS ACIDO-ALCOHOL RESISTENTES.  | FCO    | 500  | ML   | DESCRIPCIÓN DEL CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL<br>ASPECTO<br>PRUEBA DE FUNCIONALIDAD (TÉCNICA DE ZIEHL-NEESEN)                            | CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL<br>ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL FABRICANTE<br>ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL FABRICANTE | EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO Y LA METODOLOGÍA DE LAS PRUEBAS ESPECÍFICAS |
| 87**  | 080 | 685 | 0046 | 00  | 01  | PARAFINA CON POLÍMEROS PLÁSTICOS DE PESO MOLECULAR CONTROLADO CON PUNTO DE FUSIÓN DE 56-57 GRADOS CENTÍGRADOS. * PARA USO EN SITIOS DONDE EXISTA EQUIPO AUTOMATIZADO Y EN HOSPITALES DE ALTA CARGA DE TRABAJO O DE TERCER NIVEL. ENVASE COM. 1 KG. | ENV    | 1    | ENV  | DESCRIPCIÓN DEL CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL (PRUEBA DE FUNCIONALIDAD CON TEJIDOS)  | DESCRIPCIÓN DEL CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL (PRUEBA DE FUNCIONALIDAD CON TEJIDOS)                             |   |
| 88**  | 080 | 783 | 0831 | 00  | 01  | ALCOHOL ACIDO PARA LA TINCION DE BACILOS ACIDO - ALCOHOL RESISTENTES.  | FCO    | 500  | ML   | DESCRIPCIÓN DEL CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL<br>ASPECTO<br>PRUEBA DE FUNCIONALIDAD (TÉCNICA DE ZIEHL-NEESEN)                            | CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL<br>ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL FABRICANTE<br>ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL FABRICANTE | EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO Y LA METODOLOGÍA DE LAS PRUEBAS ESPECÍFICAS |
| 89**  | 080 | 783 | 1284 | 00  | 01  | FUCSINA FENICADA DE ZIEHL--NEESEN PARA TEÑIR BACILOACIDO-ALCOHOL RESISTENTE S.   | FCO    | 500  | ML   | DESCRIPCIÓN DEL CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL<br>ASPECTO<br>PRUEBA DE FUNCIONALIDAD (TÉCNICA DE ZIEHL-NEESEN)                            | CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL<br>ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL FABRICANTE<br>ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL FABRICANTE | EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO Y LA METODOLOGÍA DE LAS PRUEBAS ESPECÍFICAS |

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN**  
**COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO**  
**CLAVES CON MUESTRAS 2018**  
**Claves de Material de Curación y laboratorio que se evaluarán**

| CLAVE |     |     |      |     | PRESENTACIÓN REQUERIDA |  |        |      | PRUEBAS A EVALUAR |   |           |   | CANTIDAD DE MUESTRAS PARA EVALUACIÓN  |  | REFERENCIA NORMATIVA  | TÍTULO DE LA MONOGRAFIA/ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | OBSERVACIONES |
|-------|-----|-----|------|-----|------------------------|--|--------|------|-------------------|---|-----------|---|---------------------------------------|--|---|--|---------------|
| NO.   | GPO | GEN | ESP  | DIF | VAR                    | DESCRIPCION  | UNIDAD | CANT | TIPO              | DESCRIPCION DEL CUADRO BASICO INSTITUCIONAL ASPECTO   | 5 ENVASES | CUADRO BASICO INSTITUCIONAL ESPECIFICACIÓN TÉCNICA (ETF)            | CUADRO BASICO INSTITUCIONAL           | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL FABRICANTE  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO Y LA METODOLOGIA DE LAS PRUEBAS ESPECIFICAS |  |               |
| 90**  | 080 | 783 | 1508 | 02  | 01                     | LUGOL PARA TINCION DE GRAM TA.   | FCO    | 500  | M.L.              | DESCRIPCION DEL CUADRO BASICO INSTITUCIONAL ASPECTO PRUEBA DE FUNCIONALIDAD (TÉCNICA DE GRAM)         | 5 ENVASES | CUADRO BASICO INSTITUCIONAL ESPECIFICACIÓN TÉCNICA (ETF)            | CUADRO BASICO INSTITUCIONAL           | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL FABRICANTE  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO Y LA METODOLOGIA DE LAS PRUEBAS ESPECIFICAS |  |               |
| 91**  | 080 | 783 | 2258 | 01  | 01                     | ALCOHOL-ACETONA PARA LA TIN-CION DE GRAM TA.   | FCO    | 500  | M.L.              | DESCRIPCION DEL CUADRO BASICO INSTITUCIONAL ASPECTO PRUEBA DE FUNCIONALIDAD (TÉCNICA DE GRAM)         | 5 ENVASES | CUADRO BASICO INSTITUCIONAL ESPECIFICACIÓN TÉCNICA (ETF)            | CUADRO BASICO INSTITUCIONAL           | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL FABRICANTE  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO Y LA METODOLOGIA DE LAS PRUEBAS ESPECIFICAS |  |               |
| 92**  | 080 | 784 | 0467 | 01  | 01                     | GNOMADOTROFINA CRONICA FRACCION BETA. PRUEBA RAPIDA CUALITATIVA DE UN SOLO PASO O ENMEMBRANA SOLIDA PARA DETERMINACION EN ORINA O SUERO. ENSOBRE INDIVIDUAL. SE NSIBILIDAD. 20 MUJ/ML A 25 MUJ/ML EQUIPO.- PRUEBA EN CARTUCHODE PLASTICO, CON PIPETA DESCHABLE. EQUIPO CON CONTROLPOSITIVO Y NEGATIVO PARA MULTITPOS DE 10. MINIMO 10. MA-XIMO 100 PRUEBAS TATC. | EQP    | 1    | EQP               | PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD (SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD)   | 5 ENVASES | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA (ETF) Y METODOLOGIA ANALITICA DEL FABRICANTE | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL FABRICANTE | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO Y LA METODOLOGIA DE LAS PRUEBAS ESPECIFICAS Y MATERIAL DE REFERENCIA NECESARIO DE ACUERDO A LA METODOLOGIA DEL PRODUCTO CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE ANALISIS (CONDICIONES RECOMENDADAS DE ALMACENAMIENTO) |   |  |               |
| 93**  | 080 | 829 | 0951 | 10  | 01                     | OG-6 COLORANTE PREPARADO TA.   | FCO    | 1000 | M.L.              | DESCRIPCION DEL CUADRO BASICO INSTITUCIONAL ASPECTO PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD (TÉCNICA DE PARANICOLAU) | 5 ENVASES | CUADRO BASICO INSTITUCIONAL ESPECIFICACIÓN TÉCNICA (ETF)            | CUADRO BASICO INSTITUCIONAL           | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL FABRICANTE  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO Y LA METODOLOGIA DE LAS PRUEBAS ESPECIFICAS |  |               |
| 94**  | 080 | 829 | 1454 | 01  | 01                     | SAFRANINA PARA LA TINCION DEGRAM TA.   | FCO    | 125  | M.L.              | DESCRIPCION DEL CUADRO BASICO INSTITUCIONAL ASPECTO PRUEBA DE FUNCIONALIDAD (TÉCNICA DE GRAM)         | 5 ENVASES | CUADRO BASICO INSTITUCIONAL ESPECIFICACIÓN TÉCNICA (ETF)            | CUADRO BASICO INSTITUCIONAL           | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL FABRICANTE  | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO Y LA METODOLOGIA DE LAS PRUEBAS ESPECIFICAS |  |               |

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
 COORDINACIÓN DE CONTROL DE ABASTO  
**CLAVES CON MUESTRAS 2018**  
 Claves de Material de Curación y laboratorio que se evaluarán

| NO.  | GPO | GEN | CLAVE |     |     |        | DESCRIPCION  | PRESENTACIÓN REQUERIDA |      |     | REFERENCIA NORMATIVA                                    | TÍTULO DE LA MONOGRAFÍA/ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | OBSERVACIONES  |                                       |  |
|------|-----|-----|-------|-----|-----|--------|--|------------------------|------|-----|---|--|--|---------------------------------------|--|
|      |     |     | ESP   | DIF | VAR | UNIDAD |  | CANT                   | TIPO |     |   |  |  |                                       |  |
| 95** | 080 | 829 | 5372  | 02  | 01  |        | PRUEBA RAPIDA PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS EN SUERO Y PLASMA; O SUERO, PLASMA Y SANGRE TOTAL ANTI VIH 1 Y 2. INMUNOCROMATOGRAFICA O POR MEMBRANA SOLIDA ESTUCHE PARA MINIMO 24 DETERMINACIONES. RTC. | EQP                    | 1    | EQP | PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD (SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD) | 5 ENVASES                                      | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA (ET) Y METODOLOGÍA ANALÍTICA DEL FABRICANTE | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL FABRICANTE | EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO Y LA METODOLOGÍA DE LAS PRUEBAS ESPECÍFICAS Y MATERIAL DE REFERENCIA NECESARIO DE ACUERDO A LA METODOLOGÍA DEL PRODUCTO CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE ANÁLISIS (CONDICIONES RECOMENDADAS DE ALMACENAMIENTO) |

\*\*SE REQUIERE QUE EL LICITANTE PROPORCIONE LA METODOLOGÍA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VIGENTES CORRESPONDIENTES A LA PRUEBA DE ASPECTO Y A LA PRUEBA DE FUNCIONALIDAD (TINCIÓN DE GRAM / TINCIÓN DE ZIEHL-NEESEN / TINCIÓN DE PAPANICOLAOU / ESPECIFICIDAD Y SENSIBILIDAD SEGÚN EL CASO). EL MATERIAL DE REFERENCIA CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE ANÁLISIS (GONADOTROFINA CORIONICA FRACCION BETA, PRUEBA RAPIDA CUALITATIVA DE UN SOLO PASO EN MEMBRANA SOLIDA PARA DETERMINACION EN ORINA O SUERO Y PRUEBA RAPIDA PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS EN SUERO Y PLASMA; O SUERO, PLASMA Y SANGRE TOTAL ANTI VIH 1 Y 2) DE ACUERDO AL LOTE DE FABRICACIÓN DEL PRODUCTO.