



CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)

CLAVE SAI: 531.389.0070.00.01 FECHA IMP.: 25/02/2025
CLAVE PREI: 0000000000011878 HORA IMP.: 11:37:43

NOMBRE GENÉRICO

EXOFTALMÓMETRO DE PRISMAS.

LICITANTE: _____ MARCA: _____
LICITACIÓN: _____ MODELO: _____
PARTIDA: _____ CATALOGO: _____
CANTIDAD: _____ FABRICANTE: _____

HOJA 1 de 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 Descripción.

- 1.1 Exoftalmómetro de prismas, para facilitar la determinación del grado de proptosis orbitaria.
- 1.1.1 Con escala milimétrica.
- 1.1.2 Con corrección de paralelaje.
- 1.1.3 Para determinar protuberancias.
- 1.1.4 De material plástico resistente.
- 1.1.5 Prisma vertical b-14.
- 1.1.6 Prisma horizontal b-15
- 1.1.7 Prisma 5-16.
- 1.1.8 Prisma 5-22.

2 Accesorios.

- 2.1 No requiere.

3 Consumibles.

- 3.1 No requiere.

4 Instalación.

- 4.1 No requiere.

5 Mantenimiento.

No requiere.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

Validó

Mtro. José Ricardo Monjarás Vera
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Elaboró

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las
Unidades Médicas

Dra. Perla Patricia Hernandez Anica
Coordinadora de Programas Médicos