



**CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO  
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)**

CLAVE SAI: 531.609.0033.12.01 FECHA IMP.: 11/02/2025  
CLAVE PREI: 00000000012010 HORA IMP.: 21:03:31

**NOMBRE GENÉRICO**

**MARCAPASO CARDIACO TEMPORAL BIPOLAR**

LICITANTE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_  
LICITACIÓN: \_\_\_\_\_ MODELO: \_\_\_\_\_  
PARTIDA: \_\_\_\_\_ CATALOGO: \_\_\_\_\_  
CANTIDAD: \_\_\_\_\_ FABRICANTE: \_\_\_\_\_

HOJA 1 de 1

**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE**

**1 Descripción:**

- 1.1 Marcapaso temporal bipolar.
- 1.2 Rango de frecuencia 30 pulsos por minuto hasta 180 pulsos por minuto o mayor.
- 1.3 Corriente de salida de 0.1 mA. hasta 28 mA.
- 1.4 Sensibilidad: rango de 1 mV. o menor hasta 20 mV.
- 1.5 Peso considerando la batería menor a 500 gr.

**2 Accesorios:**

- 2.1 Cable extensión una pieza. (indicar marca, modelo y/o número de parte).
- 2.2 Brazaletes de velcro dos (2) piezas. (indicar modelo y/o número de parte).

**3 Consumibles:**

- 3.1 Cinco (5) cateteres de electrodo interno de 5 Fr.
- 3.2 Introdutor vascular con puerto lateral 6 Fr., al menos 5 piezas.
- 3.3 Una (1) aguja de punción tipo Seldinger de 8 cm.
- 3.4 Doce (12) baterías alcalinas de 9 volts.(indicar marca)

**4 Instalación:**

- 4.1 No requiere.

**5 Mantenimiento:**

- 5.1 Preventivo y correctivo por personal calificado conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.

Validó

Mtro. José Ricardo Monjarás Vera  
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Elaboró

Ing. Lorena Arriaga Gallegos  
Jefa de Área de Instrumentación de las  
Unidades Médicas

Mtra. Ma. Del Rosario Jaime  
Rodríguez  
Coordinadora de Programas de Enfermería