



CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)

CLAVE SAI: 531.678.0013.02.01 FECHA IMP.: 11/02/2025
CLAVE PREI: 000000000012076 HORA IMP.: 19:02:56
NOMBRE GENÉRICO
P L I C Ó M E T R O

LICITANTE: _____ MARCA: _____
LICITACIÓN: _____ MODELO: _____
PARTIDA: _____ CATALOGO: _____
CANTIDAD: _____

HOJA 1 de 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

- 1 Descripción:
 - 1.1 Dispositivo que ayuda en la medición del grosor de la grasa subcutánea, con fines de valoración nutricional.
 - 1.2 Consta de los siguientes elementos:
 - 1.3 Fabricado en aluminio anticorrosivo o acero inoxidable.
 - 1.4 Resolución de 0.20 mm.
 - 1.5 Rango de apertura de 50 mm.
 - 1.6 Calibrado para ejercer una presión constante de 10 g/mm² ± 10%.
 - 1.7 Calibrador de acero inoxidable.
- 2 Accesorios:
 - 2.1 No requiere.
- 3 Consumibles:
 - 3.1 No requiere.
- 4 Instalación:
 - 4.1 No requiere.
- 5 Mantenimiento:
 - 5.1 No requiere.

Valdó

Mtro. José Ricardo Montañas Vera
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Elaboró

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las
Unidades Médicas

Mtra. María Isabel Medina Álvarez
Coordinadora de Programas

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE