



CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)

CLAVE SAI: 564.002.0888.02.01 FECHA IMP.: 11/02/2025
CLAVE PREI: 000000000016256 HORA IMP.: 19:17:34

NOMBRE GENÉRICO
SIMULADOR DE ESCALERA

LICITANTE: _____ MARCA: _____
LICITACIÓN: _____ MODELO: _____
PARTIDA: _____ CATALOGO: _____
CANTIDAD: _____

HOJA 1 de 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 Descripción:

- 1.1 Sistema de ejercicios que simula escaleras y escalones de entrada.
- 1.2 Con altura de escalón de 20.3 cm o 8", +/- 10%.
- 1.3 Profundidad del escalón - 27.9 cm (11").
- 1.4 Anchura del escalón - 54.6 cm (21.5")
- 1.5 Con al menos 8 peldaños.
- 1.6 Con al menos 10 niveles de resistencia.
- 1.7 Consola para desplegar datos con:
 - 1.7.1 Con al menos 10 programas para tratamiento individual.
 - 1.7.2 Función de bloqueo del escalón.
 - 1.7.3 Pantalla tipo LCD, LCD-TFT o TFT o LED.
 - 1.7.4 Despliegue de:
 - 1.7.4.1 Frecuencia de pasos,
 - 1.7.4.2 Tiempo,
 - 1.7.4.3 Velocidad,
 - 1.7.4.4 Vatios o potencia,
 - 1.7.4.5 Metros o distancia.
- 1.8 Asas o barandales laterales.
- 1.9 Descansa brazos o descansa codos.

2 Accesorios:

- 2.1 No requiere.

3 Consumibles:

- 3.1.1 No requiere.

4 Instalación.

- 4.1 Alimentación eléctrica 120 V +/-10%, 60 Hz.

5 Mantenimiento.

- 5.1 No requiere.

Valido

Mtro. José Ricardo Montañas Vera
Titular de la División de Equipamiento Médico

Revisó

Elaboró

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las
Unidades Médicas

Mtro. Roberto Manuel Lirio
Zamora
Coordinador de Programas