



**CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)**

CLAVE SAI: 564.002.0946.02.01 FECHA IMP.: 11/02/2025
CLAVE PREI: 000000000016262 HORA IMP.: 19:18:00
NOMBRE GENÉRICO
EQUIPO PARA FORTALECIMIENTO DE EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES

LICITANTE: _____ MARCA: _____
LICITACIÓN: _____ MODELO: _____
PARTIDA: _____ CATALOGO: _____
CANTIDAD: _____

HOJA 1 de 2

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

1. Descripción:

- 1.1. Silla de multiposiciones con:
 - 1.1.1. Capacidad de colocar el respaldo en posición horizontal.
 - 1.1.2. Libertad de inclinación en cualquier ángulo para trabajar miembros superiores e inferiores.
 - 1.1.3. Con inclinación de 0 a 90 grados.
 - 1.1.4. Giro de 360 grados para posicionar al paciente y/o capacidad de desplazamiento del dinamómetro
- 1.2. Dinamómetro:
 - 1.2.1. Controlado por amplificador de potencia que permita su accionamiento en modos:
 - 1.2.1.1. Concéntrico,
 - 1.2.1.2. Excéntrico,
 - 1.2.1.3. Activo asistido,
 - 1.2.1.4. Isométrico,
 - 1.2.1.5. Isotónico,
 - 1.2.2. Que permita la graduación de las velocidades en grados/segundos.
 - 1.2.2.1. Límite inferior: 1°/s o menor
 - 1.2.2.2. Límite superior: 500 °/s o mayor
 - 1.2.3. Que permita la graduación de torsión o rotación en metro-kg (o pies-libras).
 - 1.2.4. Con altura ajustable.
- 1.3. Componente para flexoextensión de tronco
 - 1.3.2. Con fijación de la musculatura de hombro,
 - 1.3.3. Soporte motorizado para pies.
- 1.4. Capacidad isocinética para reeducación de la marcha, bilateral recíproco de cadena cerrada. con control de velocidad y medidor de fuerza.
- 1.5. Protocolos de rehabilitación que permitan ejercitar:
 - 1.5.1. Columna,
 - 1.5.2. Miembros superiores,
 - 1.5.3. Miembros inferiores,
 - 1.5.4. Reeducación de la marcha.
- 1.6. Computadora con software y hardware compatible (indicar marca, modelo y/o número de catálogo).
 - 1.6.1. Procesador de 3.4 GHz de frecuencia o mayor.
 - 1.6.2. Memoria RAM con 8 GB o mayor.
 - 1.6.3. Disco duro de 500 GB o mayor.
 - 1.6.4. Pantalla de disco LCD de 15" o mayor.
 - 1.6.5. Con al menos 2 puertos USB 3.0.
 - 1.6.6. Software en idioma español compatible con sistema operativo para visualización de los estudios realizados.

2. Accesorios:

- 2.1. Adaptador(es) para hombro y codo (indicar marca, modelo y/o número de catálogo).
- 2.2. Adaptador(es) para brazo, ajustable largo y corto (indicar marca, modelo y/o número de catálogo).
- 2.3. Adaptador(es) para tobillo, muñeca, rodilla y pie (indicar marca, modelo y/o número de catálogo).
- 2.4. Estabilizador para codo (indicar marca, modelo y/o número de catálogo).

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
AUTORIZADO POR EL LICITANTE

HY



CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)

CLAVE SAI: 564.002.0946.02.01 FECHA IMP.: 11/02/2025
CLAVE PREI: 000000000016262 HORA IMP.: 19:18:00
NOMBRE GENÉRICO
EQUIPO PARA FORTALECIMIENTO DE EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES

LICITANTE: _____ MARCA: _____
LICITACIÓN: _____ MODELO: _____
PARTIDA: _____ CATALOGO: _____
CANTIDAD: _____

HOJA 2 de 2

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

- 2.5. Estabilizador que permita trabajar miembros superiores e inferiores (indicar marca, modelo y/o número de catálogo).
 - 2.6. Descansapiés (indicar marca, modelo y/o número de catálogo).
 - 2.7. Estabilizador para muslo y para mano (indicar marca, modelo y/o número de catálogo).
 - 2.8. Cojines escapulares y de pecho (indicar marca, modelo y/o número de catálogo).
 - 2.9. Cojines para tibia, hueso poplíteo y muslo (indicar marca, modelo y/o número de catálogo).
 - 2.10. Cinturón pélvico (indicar marca, modelo y/o número de catálogo).
 - 2.11. Impresora a color.
- 3. Consumibles:**
- 3.1. Tres paquetes de 500 hojas cada uno de papel bond.
 - 3.2. Memoria USB-A 3 de mínimo 128 GB.
 - 3.3. Cartuchos para impresora (dos cartuchos de tinta negra y dos de color).
- 4. Instalación:**
- 4.1. Alimentación eléctrica 120 V +/- 10%, 60 Hz.
- 5. Mantenimiento:**
- 5.1. Mantenimiento preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.

Validó

Mtro. José Ricardo Monjarás Vera
Titular de la División de Equipamiento Médico
Revisó
Elaboró

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación de las
Unidades Médicas

Mtro. Roberto Manuel Linares
Zamora
Coordinador de Programas

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE