



CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)

CLAVE SAI: 523.782.1686.00.01 FECHA IMP.: 04/03/2025
CLAVE PREI: 000000000019069 HORA IMP.: 13:59:48

NOMBRE GENÉRICO

**REFRIGERADOR VERTICAL 2 PUERTAS CON CAPACIDAD
DE 36 PIES CUBICOS CON 9 NIVELES DE EXHIBICION.**

LICITANTE: _____ MARCA: _____
LICITACIÓN: _____ MODELO: _____
PARTIDA: _____ CATALOGO: _____
CANTIDAD: _____

HOJA 1 de 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 Descripción:

- 1.1 Refrigerador vertical de 2 puertas.
- 1.2 Capacidad de 36 pies cúbicos con una tolerancia de $\pm 10\%$.
- 1.3 Refrigerante libre de CFC.
- 1.4 Nueve (9) niveles de exhibición,
- 1.5 Con control de temperatura inteligente,
- 1.6 Puerta con sistema de auto cierre,
- 1.7 Piso interior en acero inoxidable,
- 1.8 Parrillas ajustables,
- 1.9 Permite programar la temperatura de 2°C a 24°C.
- 1.10 Regulador de voltaje con supresor de picos.

2 Accesorios:

- 2.1 No Requiere.

3 Consumibles:

- 3.1 No Requiere.

4 Instalación:

- 4.1 Alimentación eléctrica 120 V $\pm 10\%$, 60 Hz.

5 Mantenimiento:

- 5.1 Mantenimiento preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.

Validó

Mtro. José Ricardo Menjíaras Vera
Titular de la División de
Evaluación de Equipamiento

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación
de las Unidades Médicas

Elaboró

Lic. Jorge Hernández Arellano
Coordinador de Programas de
Nutrición

Elaboró

Mtra. Diana Lizet Lovera Marín
Coordinadora de Programas de
Nutrición

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE