



**CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)**

CLAVE SAI: 523.782.1692.00.01 FECHA IMP.: 11/02/2025
CLAVE PREI: 000000000019070 HORA IMP.: 18:42:04
NOMBRE GENÉRICO
REFRIGERADOR VERTICAL 20 PIES CUBICOS.

LICITANTE: _____ MARCA: _____
LICITACIÓN: _____ MODELO: _____
PARTIDA: _____ CATALOGO: _____
CANTIDAD: _____
HOJA 1 de 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

- 1 Descripción:**
 - 1.1 Refrigerador vertical 20 pies cúbicos con una tolerancia de $\pm 10\%$.
 - 1.2 Refrigerante libre de CFC
 - 1.3 Estructura de acero galvanizada, pintada y horneada o acero inoxidable AISI-304,
 - 1.4 Aislamiento de espuma de poliuretano inyectado,
 - 1.5 Control de temperatura,
 - 1.6 Compresor de 1/3hp.,
 - 1.7 Con dos puertas de cristal,
 - 1.8 Con entrepaños de acero porcelanizado,
 - 1.9 Pestañas que resistan peso mayor de 15 kg.,
 - 1.10 Acabado en esmalte blanco en exterior y porcelanizado en interior,
 - 1.11 Marco de aluminio anodizado natural
 - 1.12 Con jaladera integral.
 - 1.13 Regulador de voltaje con supresor de picos.
- 2 Accesorios:**
 - 2.1 No Requiere.
- 3 Consumibles:**
 - 3.1 No Requiere
- 4 Instalación:**
 - 4.1 Alimentación eléctrica 120 V $\pm 10\%$, 60 Hz.
- 5 Mantenimiento:**
 - 5.1 Mantenimiento preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.

Validó

Revisó

Mtro. José Ricardo Montañez Vera
Titular de la División de
Evaluación de Equipamiento

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación
de las Unidades Médicas

Elaboró

Elaboró

Lic. Jorge Hernández Arellano
Coordinador de Programas de
Nutrición

Mtra. Diana Lizet Lovera Marín
Coordinadora de Programas de
Nutrición